

眼科显微手术系统设备技术参数

一、玻切机参数		
1、具有 ≥ 12 英寸彩色触摸屏		
*2、脚踏：单线性和双线性，可编程。双向线性控制超声能量和抽吸负压，或双向线性控制玻切速率和真空负压		
3、超声乳化：线性、脉冲、爆破等不同工作模式		
*4、 ≥ 6 晶片手柄		
5、具有前节超声乳化功能： 超声频率 28KHZ-40KHZ		
6、切割系统能进行 20G、23G、25G 微创玻璃体切割手术		
7、眼内压稳定系统		
8、具有硅油注吸功能		
9、具有气液交换功能		
10、气动玻切速率：切割效率高，玻切速率 ≥ 5000 次/分		
11、具有眼内照明功能		
*12、 ≥ 105 度照明范围广角光纤		
*13、光谱切换技术：具有三种及以上彩色光谱		
14、具有电凝功能		
15、具有回吐功能		
玻切机配置清单		
配置名称	数量	单位
玻切机主机	1	台
超声乳化手柄	1	把
注吸手柄	1	把
注吸头	1	个
双极电凝线	1	根
一次性使用双极电凝刷	1	把
微流针头（超乳针头）	1	个
玻切头	1	个

二、超乳机参数		
1、具有≥12 英寸彩色触摸屏		
*2、脚踏：单线性和双线性，可编程。双向线性控制超声能量和抽吸负压，或双向线性控制玻切速率和真空负压		
3、超声乳化：线性、脉冲、爆破等不同工作模式		
*4、≥六晶片手柄		
5、具有前节超声乳化功能： 超声频率 28KHZ-40KHZ		
6、眼内压稳定系统		
7、具有电凝功能		
8、具有回吐功能		
9、具有前段玻切功能		
超乳机配置清单		
配置名称	数量	单位
超乳机主机	1	台
超声乳化手柄	1	把
注吸手柄	1	把
注吸头	1	个
微流针头（超乳针头）	1	个
眼科手术用套包	1	个