

## 采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                      |                         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                        | 安阳市第六人民医院               |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                     | 新生儿高频有创呼吸机              |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                     | 40 万元                   |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                  | 安阳市第六人民医院新生儿高频有创呼吸机采购项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                  | 40 万元                   |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                      |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                            |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                        |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                  |                         |
| <p>原因阐述：1、进口设备拥有更先进技术和算法，能够根据用户呼吸状态自动调整。</p> <p>2、进口呼吸机在噪音方面表现较好，能够在治疗过程中，保持较低分贝。3、进口呼吸机在稳定性和耐用性方面更好，能够长时间稳定运行，降低故障发生率。</p>                                                                                 |                         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <p>1. 该设备不属于国家禁止进口的目录产品。</p> <p>2. 目前各医院以进口设备为主，拥有更先进技术和算法，能够根据用户呼吸状态自动调整。</p> <p>3. 建议允许进口品牌进口设备参与竞争。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>专家签字：李雪永</p> <p>2025 年 3 月 19 日</p> </div> |                         |