

前节眼科手术显微镜设备技术参数		
1、全部光学系统均为防反光多涂层全复消色差技术（含物镜、变倍和放大系统）		
2、电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6 连续变倍比		
3、主刀镜双目镜筒：倾斜角可调		
4、目镜：10 x 或 12.5 x 可选		
5、目镜屈光补偿：+5D 到-8D		
6、物镜：f=200mm		
7、电动调焦范围：≥50mm		
8、具有景深增强系统		
9、助手镜系统：四光路 0 度助手镜，可独立调焦变倍		
10、X/Y 移动范围≥40×40mm		
11、复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y 水平移动系统自动复位至中心位置		
12、照明方式：立体同轴照明系统		
13、光源：氙灯或卤素灯，有备用灯泡可快速切换		
14、光纤照明，减少直接照明所带来的光损伤和热损伤		
15、多功能防水脚踏		
16、配置示教摄影系统，要求为眼科专用 3CCD 摄像头，要求与医院信息系统兼容，可进行手术录像和现场观摩功能		
17、支架系统采用电磁锁定系统，落地式，移动调整方便，所有控制钮均有消毒帽		
前节眼科手术显微镜配置清单		
配置名称	数量	单位
手术显微镜主机	1	台
多功能脚踏控制器	1	个
助手镜	1	个
目镜	4	个
带倒像功能双目镜筒	2	个
灯泡	2	个
高清摄录像系统（含工作	1	套
防尘罩	1	个