

单一来源采购方式专家论证意见表

采购单位	安阳市中医院		
项目名称	安阳市中医院高压氧舱移位安装 1 套		
项目金额	68 万元		
专家二论证意见	高压氧舱属于特种设备，其安装、移位均有严格的国家规范。按照国家和质量技术监督检验检疫总局颁布的《特种设备安全技术规范 TSG 24-2005 承压类安全技术监察规程》“第 5 章 安装”、“第 6 章 改造与修理”之要求，氧舱的安装、改造、移位均须由设备制造单位承担。故该项目符合单一来源采购方式。		
签字	李伟奇	单位	安阳市中医院
职务（职称）	高级工程师	日期	2025 年 7 月 10 日