

单一来源采购方式专家论证意见表

采购单位	安阳市中医院		
项目名称	安阳市中医院高压氧舱移位安装 1 套		
项目金额	68 万元		
专家三论证意见	高压氧舱属于特种设备，其安装、移位均有严格的国家规范，按照国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范 TSG 24-2015《气瓶安全技术规范》“第五节”第六项改造与修理”之要求，氧舱的安装、改造、移位必须由设备制造单位承担，故该项目符合单一来源采购方式。		
签字	陈晨玉	单位	安阳市中医院
职务（职称）	主任	日期	2025 年 7 月 10 日