


单一来源采购方式专家论证意见表

采购单位	安阳市中医院		
项目名称	安阳市中医院高压氧舱移位安装 1 套		
项目金额	68 万元		
专 家 一 论 证 意 见	高压氧舱的安装、移位具有严格的特种设备安全技术规范。国家特种设备检验检测总局颁布的《氧舱安全技术监察规程》明确要求：氧舱的安装、改造、移位必须由设备制造单位承担。故该项目符合单一来源采购方式。		
签字		单位	安阳市中医院
职务（职称）	主任医师	日期	2025 年 7 月 10 日