

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名： 郭旭亮	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 安阳市灯塔医院	
项目信息	项目名称：安阳县瓦店镇卫生院CT球管保修采购项目	
	拟定供应商：东软医疗系统股份有限公司	
专业人员意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) Neu Viz 16 classic 所用球管为该设备核心部件，为保证图像清晰度和分辨率达到国家强制检测标准，确保整机安全性必须采用与原注册型号参数一致的球管，该球管目前国内无替代产品；该球管安装完成后需用专业的、具有知识产权保护的软件调试；符合《政府采购法》第31条规定，只能从唯一供应商“东软医疗系统股份有限公司”采购。	
专业人员签字	郭旭亮	日期 2025.10.31