

采购内容及技术参数

项目名称：听力计				
序号	名称	数量	层次	备注
1	听力计	1 台	进口或国产	
一	主要技术要求：			
1.1	刺激声类型:纯音、啞音、脉冲音。			
1.2	言语测听：主机内设置言语文件。			
1.3	掩蔽纯音测试 同侧窄带噪声或白噪声/言语测试 对侧言语噪声或白噪声。			
▲1.4	频率范围：气导 125-8000Hz，骨导 250-8000Hz。			
1.5	失真度小，气导小于 2.5%，骨导小于 5%。			
1.6	测试类型：气导、骨导、声场下的双声道测听。纯音测听、言语测听，耳鸣测试，高频测听、响度与不适阈。			
1.7	两条独立通道。			
▲1.8	测量声强范围：气导-10-120Dbhl, 500-6000Hz/骨导-10-70Dbhl, 500-4000Hz。1、2、5db 步进。			
▲1.9	配备工作站：电脑：CPU ≥i7, 硬盘 2 块（1 块≥1T 固态硬盘，1 块≥2T），内存≥16G，带鼠标键盘；显示器≥27 寸。墨仓式彩色喷墨打印机，高分辨率彩色打印。专用软件。			
二	售后保障、技术培训			
2.1	投标人负责设备的全程安装调试，确保设备符合国家标准及使用要求，并提供安装调试记录及验收报告。			
2.2	对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录。			
2.3	提供厂家保修承诺。设备出现故障时 2 个小时内响应,6 小时内提供维修方案及报价,24 小时内到达现场，48 小时内不能修复的设备需无偿提供备用品。			
2.4	维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册。			
2.5	质保 3 年（含维修人工工时费、更换所有零配件费用及其他伴随服务产生的相关费用,人为因素除外。）			
2.6	投标人所供设备整机生产日期与交货日期相隔不得超过 6 个月。			
2.7	供货期：合同签订后 20 个工作日内。			