

河南省红十字血液中心全自动血型分析仪项目

单一来源采购专家论证意见表

专业人员 信息	姓名: 白晨平	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 郑州市骨科医院	
项目信息	项目名称: 河南省红十字血液中心全自动血型分析仪项目	
	供应商名称: 河南澳美达科贸有限公司	
专业人员 论证意见	河南省红十字血液中心采购的全自动血型分析仪, 同于对来源于本市的血液样本中的被分析物进行定性检查, 提供技术手段, 保证系统软件能与血站HIS业务信息管理系统无缝对接, 实现检测结果数据双向自动传输。要求载液通道数量≥16个, 任意相邻载液通道最大间距≤400nm, 离心振荡模块≥8个, 可以同时至少8块血型板进行离心。于2025.8.11和2025.8.3在省交易中心因投标文件不足导致2次流标。根据业主需求, 同意采购单一来源方式采购。	
专业人员 签字	白晨平	日期: 2025年9月15日