

表 1:

政府采购单一来源产品专家论证意见表

申请单位	郑州大学第二附属医院
采购项目名称	郑州大学第二附属医院放射源购置项目
采购项目金额	600000.00 元
项目使用单位	郑州大学第二附属医院
项目组织单位	郑州大学第二附属医院
申请理由	我院经开区院区放射治疗中心用于肿瘤放射治疗 y 射线遥控近距离治疗机中使用的放射源铱-192 已达到使用限制需更换铱-192 放射源，铱-192 属于国家严格管控的危险品，其生产、销售、使用、回收等环节都受到生态部门的严格监管，相关单位必须具备一定的资质，以确保其安全性和规范性。本次购买供应商必须提供生态部门颁发《辐射安全许可证》，服务项目包含放射源的运输、安装、旧源回收(回收至原生产单位)售后服务、及放射源转让手续办理、新旧放射源的国内运输等行政审批。放射源需要完全与 y 射线遥控近距离治疗机匹配，铱-192 放射源为该近距离装治疗机的核心部件，目前只有国产中核高通同位素放射源才能满足以上要求。 且经公开发布采购公告二次后，仅有一家供应商获取采购文件，该公司为“山东众鑫医疗科技有限公司”。 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定，本项目拟采用单一来源方式采购。

表 2:

政府采购单一来源产品专家论证意见

技术专家 1

论证意见：铯-137 属于国家严格管控的危险品，其生产、销售、使用、回收等环节都受到生态部门的严格监管，铯-137 放射源为该近距离装治疗机的核心部件，目前只有国产中核高通同位素放射源才能满足以上要求，供应公司应具备环保部颁发的放射源经营、跨省转移等特殊资质，经两次公开招标，只有山东众鑫医疗科技有限公司报名。根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定，建议采用单一来源采购的方式实施。

专家签名：

技术职称：

2015 年 10 月 27 日

技术专家 2

论证意见：根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定，铯-137 属于国家严格管控的危险品，其生产、销售、使用、回收等环节都受到生态部门的严格监管。供应公司应具备环保部颁发的放射源经营、跨省转移等特殊资质，铯-137 放射源为该近距离装治疗机的核心部件，要求只能从唯一供应商采购，山东众鑫医疗科技有限公司符合采购资质要求。

本项目经两次公开招标，都只有一家公司报名，建议该项目采用单一来源采购方式进行采购。

专家签名：

技术职称：

2015 年 10 月 27 日

技术专家 3

论证意见：铯-137 属于国家严格管控的危险品，其生产、销售、使用、回收等环节都受到生态部门的严格监管。供应公司应具备环保部颁发的放射源经营、跨省转移等特殊资质。经公开发布采购公告二次后，仅有一家供应商获取采购文件，该公司为“山东众鑫医疗科技有限公司”。该公司符合采购资质要求。

建议该项目采用单一来源采购方式进行政府采购。

专家签名：

技术职称：

2015 年 10 月 27 日