

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	李国印		
	职称	副主任医师		
	工作单位	河南中医药大学人民医院		
项目信息	项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）医用直线加速器（螺旋断层放射治疗系统）采购项目		
	供应商名称	上海上和佳国际贸易有限公司		
专业人员论证意见	螺旋断层放射治疗系统 TOMO [®] C 采用滑环机架设计，360度连续旋转，无角度限制螺旋聚焦、旋转速度10圈/分钟，是常规加速器的10倍，显著提高治疗效率；超高速2.2s动态光栅、万级剂量调制、螺旋治疗、高精度剂量雕刻、DCS剂量率反馈；超长靶区135cm高效精准治疗，运动定位精度0.5mm，重复精度≤0.15mm；基于CT螺旋机架平台，采用同源双束投照，自动化图像融合和配准，是目前唯一可一次完成全中枢照射、全脊髓和多靶区放疗设备。螺旋断层放射治疗系统的唯一国内生产商是中核安科链（天津）医疗科技有限公司，上海上和佳国际贸易有限公司是该产品国内唯一授权，具有唯一和不可替代性，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定。同意单一来源采购。			
专业人员签字	李国印	日期	2025 年 10 月 31 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。