

网上通过

物理学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：物理学院极低温离子囚禁系统设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：385.52 万元

中标供应商：华翊博奥（北京）量子科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：梁政勇、刘文立

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月9日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财招标采购-2025-577”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由物理学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

一、本次验收的仪器设备初步验收合格报告不完善。

二、售后服务计划及保障措施约定80个日历天终验评审不合理。

三、性能测试报告不完善。

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，满足条件后，本次验收的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：

陈刚

采购单位主管领导：



采购单位监督人：

李海

采购单位签章：

物理学院

验收工作组签名：

梁政勇 刘文立 梁政勇
梁政勇 王君丽 王君丽

中标供应商项目负责人：

张文龙

2025年12月10日

郑州大学物理学院、中原之光实验室极低温离子囚禁系统采购项目 整改情况说明

针对验收中发现的问题，采取了如下整改措施：

- 1，针对“本次验收的初步验收合格报告不完善”的问题，补充完善了初步验收合格报告。
- 2，针对“售后服务计划及保证措施约定 80 个日历天终审评审不合理”的问题，由中标供应商出具承诺说明予以解释说明。
- 3，针对“性能测试报告不完善”的问题，完善了性能测试报告。

结论：

经过整改，郑州大学物理学院、中原之光实验室极低温离子囚禁系统采购项目符合合同要求，予以通过验收。

项目单位（签章）：郑州大学物理学院、中原之光实验室



中标供应商（签章）：华翊博奥（北京）量子科技有限公司



审核专家（签字）：

刘文立 梁政勇

2025年12月10日