

进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜系统
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院电子支气管镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☒ 3.其他	
原因阐述： 进口电子支气管镜能够提供更清晰、更细腻的图像，可使气道粘膜的微小变化都能在图像上得到反映，极大地提高了发现气道微小病变的能力，包括早期肺癌，有助于医生进行早期诊断和精准治疗。进口产品在图像质量清晰度、设备稳定性、兼容性方面能达到医院高水平诊断要求；而目前国产产品性能不够稳定，图像质量不够清晰，故障率高，不利临床需求。 综上所述，我院申请购置进口的电子支气管镜。	

技术专家 1

目前, 国产产品在特殊光成像方面与进口产品有一定差距, 不能发现最早期的病变, 无色差、畸变等亦有也不能还原微细病变, 不能满足特殊病人检查治疗的要求, 同意采购进口产品。

专家姓名: 梁明

联系方式: 13503719821

工作单位: 河南省政府采购中心
技术处

职称: 高工

2025年4月18日