

进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	电子支气管镜系统
拟采购产品金额	134 万元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院电子支气管镜系统采购项目
采购项目所属项目金额	134 万元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取	
☒ 3.其他	
原因阐述： 进口电子支气管镜能够提供更清晰、更细腻的图像，可使气道粘膜的微小变化都能在图像上得到反映，极大地提高了发现气道微小病变的能力，包括早期肺癌，有助于医生进行早期诊断和精准治疗。进口产品在图像质量清晰度、设备稳定性、兼容性方面能达到医院高水平诊断要求；而目前国产产品性能不够稳定，图像质量不够清晰，故障率高，不利临床需求。 综上所述，我院申请购置进口的电子支气管镜。	

法律专家

本次采购符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购货物和服务招标投标法》等法律、法规的规定，可在各投标单位依法可经营的范围内，按照《政府采购法》及《招标投标法》等法律、法规规定的程序进行采购。

专家姓名： 杨晓

联系方式：13849118677

工作单位： 河南高端律师事务所

职称：

2025年4月18日