

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）             |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 麻醉机                            |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 约人民币 180 万元                    |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）东花坛院区购置麻醉机项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 约人民币 180 万元                    |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| <p>原因阐述：</p> <p>麻醉机是临床手术麻醉的必须设备，用于患者手术麻醉及术后复苏。</p> <p>进口产品具备高精度流量传感器，具备高流量给氧功能，麻药消耗量统计等功能，保障患者术中安全。进口产品可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。可预设相关的通气参数和报警阈值，具有自动设置功能，可自动调节所有报警限值。具备心肺旁流模式 CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动，在使用体外循环机时抑制相应报警。具备回路主动加热系统，非冷凝水装置或积水引流装置，防止呼吸回路积水，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。进口产品具备麻醉工作站功能，可连接同品牌监护仪和输注泵。</p> <p>目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。</p> |                                |

### 三、专家论证意见

专家姓名：

王丕楠

工作单位：

河南省医疗器械检验院

专家意见：

麻醉机是麻醉手术的重要设备，其安全有效性直接影响病人的生命安全。进口产品具有高精度流量传感器，可在紧急情况下高流量给氧，确保病人安全，并具有根据病人体重自动关联潮气量，在新生儿、小儿通气和其她精准通气应用时，准确输送潮气量。以上临床需求，国内产品无法完全满足临床使用需求。且该产品不属于国家法律法规明确规定禁止进口的产品。为保证医院临床诊疗安全有效，同意采购进口产品。

技术专家签字：

王丕楠

2025年12月31日