

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）
拟采购产品名称	麻醉机
拟采购产品金额	约人民币 180 万元
采购项目所属项目名称	河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）东花坛院区购置麻醉机项目
采购项目所属项目金额	约人民币 180 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p>麻醉机是临床手术麻醉的必须设备，用于患者手术麻醉及术后复苏。</p> <p>进口产品具备高精度流量传感器，具备高流量给氧功能，麻药消耗量统计等功能，保障患者术中安全。进口产品可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。可预设相关的通气参数和报警阈值，具有自动设置功能，可自动调节所有报警限值。具备心肺旁流模式 CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动，在使用体外循环机时抑制相应报警。具备回路主动加热系统，非冷凝水装置或积水引流装置，防止呼吸回路积水，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。进口产品具备麻醉工作站功能，可连接同品牌监护仪和输注泵。</p> <p>目前国内设备尚无法达到上述功能及技术指标，进口产品具有不可替代性，同时该设备不属于《中国禁止进口、限制进口产品目录》中禁止或限制产品，为保证医院诊疗质量，故申请采购进口产品。</p>	

三、专家论证意见

专家姓名：贾长虹

工作单位：河南中医药大学第一附属医院。

专家意见：

麻醉机是常规手术和复杂手术及术后复苏的必备设备，也是患者在手术麻醉和复苏的关键设备。进口麻醉机具有参数精度高，用药剂量准确，自动关联潮气量和自动精确报警等功能，还具备麻醉工作站功能。目前国产设备尚无法达到上述功能和满足上述参数。同意申请购买进口的该设备。

技术专家签字：贾长虹

2025年12月31日