

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	全身 X 射线影像采集系统
拟采购产品金额	500 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心全身 X 射线影像采集系统等 4 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	1546 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取;	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取;	
☒ 3. 其他;	
原因阐述: 进口全身 X 射线影像采集系统在图像分辨率、低剂量辐射控制、快速成像处理等核心技术指标上,显著优于国产同类设备。其搭载的智能降噪算法、动态曝光控制技术,可在降低受检者辐射剂量的同时,提升病灶检出率,满足精准诊断需求;而当前国产设备在该类技术的稳定性和成熟度上,暂无法达到同等临床应用标准。 全身断层扫描、骨科三维重建、急诊快速摄片等特殊诊疗项目,对设备的多功能拓展性和兼容性要求较高。进口设备可无缝对接医院现有 PACS 系统,支持多模态影像融合、远程会诊数据传输,且配备专用的体位固定装置和智能摆位辅助系统,能有效提升检查效率和诊断准确性;国产设备在专项功能模块的适配性和集成度上存在差距,难以满足复杂临床场景的使用需求。	
三、专家论证意见	
目前国产的全身 X 射线影像采集系统图像分辨率低,与进口设备存在一定的差距,同时在降低辐射剂量的时候,不易精准诊断,降低了检出率,国产设备在功能模块适配性等方面也不能完全满足采购人的要求,同意采购进口产品。 专家签字: <u>吴五</u> 2026 年 1 月 4 日	