


单一来源采购专家论证意见表

专业人员信息	姓名: 杨萍
	职称: 主任医师
	工作单位: 郑州大学附属肿瘤医院
项目信息	项目名称: 郑州市金水区总医院 256 排螺旋 CT 维修 (含配件) 项目
	拟成交供应商名称: 河南豪义医疗科技有限公司
专家论证意见	郑州市金水区总医院 256 排螺旋 CT 机架电源故障, 为保证设备正常运转需采购机架电源 1 个, 机架旋转控制板 (DCB2) 1 个, 以该配件为设备核心配件, 必须与原有设备品牌型号一致, 而其它厂家配件无法使用, 具有唯一性, 河南豪义医疗科技有限公司为 GE 设备的河南区域授权经销商, 而该院的 CT 设备为 GE Revolution CT. 根据国家有关法律法规的规定, 此采购符合单一来源采购方式, 同意采用单一来源采购。
专家签字	 日期: 2025 年 1 月 23 日