

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨萍
	职称: 主任医师
	工作单位: 郑州大学第二附属医院
项目信息	项目名称: 漯河市中心医院超声探头采购项目
	供应商名称: 河南内华商贸有限公司
专业人员论证意见	经论证: 超声探头是超声主机系统的重要组成部分, 只有原厂探头能与主机相匹配, 确保声阻抗匹配和信号传输效率, 减少高频伪像和镜像伪像干扰, 非原厂探头无法满足全部的工作需求, 影响诊断的准确性, 本项目拟采购的超声探头均为富士牌 AR2E TTA precision 超声主机和探头使用, 同时满足采购需求的原厂唯一授权供应商为: 河南内华商贸有限公司" 此采购符合"单一来源采购"的相关法律法规的规定, 同意采用"单一来源采购"方式。
专业人员签字	杨萍 日期 2015 年 10 月 31 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。