

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	采购单位：洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）
拟采购产品名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目所需 支气管镜一批，详见附件。
拟采购产品金额	605 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目（支气管镜）
采购项目所属项目金额	670 万元
二、申请理由	
□1.中国境内无法获取：	
□2.无法以合理的商业条件获取：	
☑3.其他。	
综合各联盟单位的申请理由，具体阐述如下：1、进口设备从图像清晰度、密封性、兼容性、故障率等多方面略优于国产设备。2、该产品不属于国家法律法规政策明确禁上和限制进口的产品。	
三、专家论证意见 目前，国产设备在图像清晰度、密封性上，较进口产品存在一定差距。进口设备在同一台主机上可兼容腹腔镜、超声内镜、超声小探头系统等，可以有效节约医院成本。而国产设备无法同时兼容，不利于医院整体发展。	
专家签字 马雪刚	
2024 年 10 月 29 日	

注：一人一表