

南乐县残疾人联合会南乐县残疾人康复机 构设备器材项目（二次）

采购编号：乐采购竞谈-2025-11

竞 争 性 谈 判 文 件

采购人：南乐县残疾人联合会

代理机构：河南省江开工程管理有限公司

2025 年 12 月



目录

第一部分谈判邀请函

第二部分谈判项目要求

第三部分谈判须知

第四部分项目要求

第五部分合同（文本）

第六部分响应文件格式

第一部分谈判邀请函

项目概况

南乐县残疾人联合会南乐县残疾人康复机构设备器材项目（二次）招标项目的潜在投标人应在濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)获取招标文件，并于 2025 年 12 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：乐采购竞谈-2025-11
- 2、项目名称：南乐县残疾人联合会南乐县残疾人康复机构设备器材项目（二次）
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：500000 元
- 最高限价：500000 元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价
1	E4109005080D04576001001	南乐县残疾人联合会南乐县残疾人康复机构设备器材项目（二次）	500000 元	500000 元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

- 5.1、采购内容：采购县级残疾人康复机构常规设备及康复业务专用设备。具体详见招标文件第四部分项目要求。
- 5.2、供货安装期：签订合同后 20 日历天
- 5.3、资金来源：财政资金
- 5.4、供货地点：采购人指定地点。
- 5.5、质保期：3 年
- 5.6、包段划分：本项目共一个包段。
- 6、合同履行期限：同供货安装期
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：
 - 2.1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库〔2020〕46 号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库〔2022〕19 号文《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目执行 20%的价格扣除）
 - 中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），供应商提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）
 - 2.2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 - 2.3、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动

的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年度以来任一年度的财务审计报告或银行出具的资信证明）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行承诺，格式自拟）；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2025 年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

注：供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函（详见附件 2），无需再提交上述证明材料。

3.2、开标结束后，磋商小组资格审查时应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询，被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商将被拒绝参加投标活动（投标供应商不再提供）。

3.3、其他要求：1、所投产品若属于医疗器械，则须符合《医疗器械监督管理条例》（国务院第 739 号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相关规定，取得医疗器械注册证（或医疗器械产品备案登记证），若所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

2、供应商为境内生产企业的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）相适应的生产资格（所投产品属于第二类或第三类医疗器械：具有有效的医疗器械生产许可证；所投产品属于第一类医疗器械：具有有效的医疗器械生产备案凭证）。若所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

3、供应商为代理商（经销商）的，应具有符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）和国家药品监督管理局公告的《关于发布医疗器械分类目录的公告》相适应的经营资格（所投产品属于第二类医疗器械：具有有效的医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械：具有有效的医疗器械经营许可证。若所投产品属于第一类医疗器械或所投产品不属于医疗器械应提供相应的证明资料或情况说明。

3.4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

注：1、投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

2、本次招标采用资格后审，不符合资格的将被评标委员会拒绝。供应商对资料的真实性、合规性负责。采购人将保留查询供应商资料真实性的权利，一经发现弄虚作假，将取消其报名或中标资格。

三、获取招标文件

1. 时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前
2. 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)
3. 方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyssggzy.cn/>)下载招标文件
4. 售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 12 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）
2. 地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北 50 米路东）

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 12 月 23 日 10 时 00 分（北京时间）
2. 地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北 50 米路东）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

温馨提醒：濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照，通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。

操 作 手 册 见：
<https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001>

本次交易项目实行全流程电子化，供应商（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各供应商（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyssggzy.cn/>（注：使用 IE11 浏览器）。插入 CA 数字证书打开供应商界面，参加网上开标。各供应商（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始 30 分钟结束），由于供应商（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由供应商（供应商）自行承担。给各潜在供应商（供应商）带来不便，请谅解。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：南乐县残疾人联合会
地址：南乐县光明路南段路西
联系人：魏焕欣
联系方式：0393-6222254

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省江开工程管理有限公司
地址：郑州市金水区红专路 130 号金成商务中心三楼 317 室东
联系人：陈忠豪
联系方式：13783938882

3. 项目联系方式

项目联系人：陈忠豪
联系方式：13783938882

发布人：河南省江开工程管理有限公司

发布时间： 2025 年 12 月 17 日

第二部分谈判项目要求

序号	条款名称	编列内容
1	项目名称	南乐县残疾人联合会南乐县残疾人康复机构设备器材项目（二次）
2	资质要求	见谈判邀请函
3	资质证件	谈判文件中须提供以下证件资质的电子档：营业执照或身份证明、法人授权书、授权代表身份证及谈判邀请函要求的其他证明材料。
4	供应商要求	参加本次谈判的供应商必须由法定代表或委托代理人（不超过 2 人）网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
5	付款方式	双方合同中约定
6	供货安装期	签订合同后 20 日历天
7	询问和质疑	1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式提出质疑。 2、供应商认为采购程序和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文档的形式提出质疑。
9	小、微企业、监狱企业优惠政策	1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库〔2020〕46 号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库〔2022〕19 号文《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目执行 20%的价格扣除） 中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），供应商提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件） 2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系
10	电子投标文件的编制	1. 响应文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在首次响应文件截止时间前，供应商（供应商）登陆交易

		平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyssggzy.cn/” 阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。 注：为保证响应文件按照磋商文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上磋商程序。 2. 未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。
11	电子投标文件的递交	1. 在响应文件递交截止时间前，供应商登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyssggzy.cn/” 办事服务—操作指南-响应文件制作操作指南）。 2. 供应商必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。
12	电子标书解密	1、解密方式：网上解密，供应商凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyssggzy.cn/) 按时解密。 2. 如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。 注：远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间开始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于供应商（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由供应商（供应商）自行承担。给各潜在供应商（供应商）带来不便，请谅解。
13	投标文件份数	纸质版两份（项目结束后，成交单位提供）
14	投标有效期	自投标截止之日起60日历天
15	招标代理服务费	收费参照豫招协[2023]002号文件通知规定的收费标准，由成交单位在领取成交通知书前向招标代理机构缴纳。
16	政府采购政策	1、除本竞谈文件中明确规定使用进口产品外，响应文件中不允许含有产自境外的进口产品，否则其响应文件按无效处理。 2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，强制采购《政府采购品目清单》中规定的强制节能产品（具体见品目清单中“★”标注），优先采购列入《政府采购品目清单》内的其他节能产品、环境标志产品。 本次采购若涉及《政府采购品目清单》内强制采购的节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，供应商都必须投报强制节能产品，否则按无效响应文件处理。供应商必须填写《节能产品报价说明表一》。 如果在《政府采购品目清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择。 本次采购的产品如《政府采购品目清单》内的环境标志产品、优

		先采购的节能产品，需要价格扣除或加分的，须填写《节能产品报价说明表二》、《环境标志产品报价说明表》。 3、政府采购项目，支持中小企业、监狱企业发展。如供应商为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价格扣除的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖公章，并且填写《监狱、小型和微型企业产品报价说明表》。 供应商属于小型或微型企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。并需要价格扣除的，须提供《中小企业声明函》，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。如供应商为残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
17	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	制造业
18	是否允许偏离	不允许负偏离

第三部分谈判须知

1、竞争性谈判文件构成。

竞争性谈判文件用以阐明项目要求、谈判程序、评定成交标准、付款方式和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

- (1)谈判邀请函
- (2)谈判项目要求
- (3)谈判须知
- (4)项目要求
- (5)合同（文本）
- (6)响应文件格式

2、供应商响应文件的编写

(1)电子投标文件编制

响应文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyssggzy.cn/>”阅办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。

2.1 响应文件的组成

响应文件的编制应包含以下内容：

- (1) 声明书
- (2) 首次报价一览表
- (3) 技术方案
- (4) 资格声明函
- (5) 法定代表人身份证明书
- (6) 法定代表人授权委托书
- (7) 资质证明文件
- (8) 反商业贿赂承诺书
- (9) 中小企业声明函
- (10) 供应商认为有必要附的其他材料

供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

3、报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（供应商不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

4、供应商发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：

（1）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（2）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

5、谈判文件的规定

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6、递交响应文件的加密上传。

按规定供应商网上提交投标文件电子版。

7、响应文件的递交

响应文件全部采用电子文档（. GEF 格式），电子响应文件在网上进行上传。在响应文件递交截止时间前，供应商登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pysggzy.cn/>”办事服务—操作指南-响应文件制作操作指南）。供应商必须在投标截止时间前完成电子响应文件的上传，投标截止时间前未完成电子响应文件上传的，视为投标无效。

8、递交响应文件的截止时间

响应文件的递交截止时间与谈判开始时间见采购公告。

9、迟交的响应文件

采购方将拒绝在响应文件递交截止时间后递交的响应文件。

10、响应文件解密

供应商上传的电子加密响应文件，需由供应商按时网络进入与本项目相匹配网上开标室，按指令进行解密。如未在规定时间内解密电子响应文件，其投标将被拒绝

11、谈判程序

(1) 竞争性谈判可以根据项目情况采取多轮谈判，代理机构在谈判邀请函规定的时间和地点组织谈判

(2) 谈判小组对上一轮谈判中所提出的问题与供应商进行下一轮网上谈判，在谈判中谈判内容均没有实质性改变的，响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内网上提交最后报价，最后报价不能超过上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

(4) 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

(5) 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人、负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

12、谈判小组

根据本次采购项目的特点组建谈判小组，其中专家的人数 3 人，其中业主代表 1 人，其余 2 人在河南政府采购专家库中随机抽取，谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

13、成交原则

(1) 谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商。

(2) 严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

14、供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

15、保密及其他注意事项

(1) 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

(2) 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人员不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

(3) 不向未成交方解释未成交原因，不退还谈判文件。

16、成交通知

谈判结束后签发成交通知书，“成交通知书”将作为签订合同的依据。

17、合同授予

(1)、中标通知

- 1、在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。
- 2、中标通知书是合同的组成部分。
- 3、对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

(2)、签订合同

1、采购人与中标、成交供应商应当自中标、成交通知书发出之日起 15 个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。采购人不得向中标、成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2、招标文件、中标人投标文件以及中标人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

3、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

(3)、变更采购合同数量的权力

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，经政府采购监督管理部门认可后，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过

原政府采购合同采购金额的 10%。

18、代理服务费收费标准：

收费参照豫招协[2023]002 号文件通知规定的收费标准，由成交单位在领取成交通知书前向招标代理机构缴纳。

评标办法前附表

初步评审			
条款号		评审因素	评审标准
1	资格 评审	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合“第二部分谈判项目要求”第3条规定
		信用记录	符合“第二部分谈判项目要求”第3条规定
		其他要求	符合“第二部分谈判项目要求”第3条规定
2	符合 性 评 审	供应商名称	与营业执照或身份证明一致
		响应文件签字盖章	加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人签字 符合响应文件要求
		响应文件格式	符合“第六部分响应文件格式”的要求
		投标内容	符合谈判文件的相关规定
		供货安装期	签订合同后 20 日历天
		供货地点	采购人指定地点
		质保期	3 年
		技术方案	满足第四部分项目要求
		投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
		投标报价	只能有一个有效报价，且不得高于采购预算
		其他要求	符合谈判文件的其他相关要求
资格审查内容有一项不通过，不再进行下一步评审。			

1. 审查方法

1.1 按照评标办法前附表采用依次逐项审查方法，一项不通过不可进入下一项审查。不能通过审查的报价文件即为无效响应。通过初步评审的报价文件为实质性响应谈判文件规定，报价有效。

1.2 竞争性谈判采购小组判断报价文件的响应性，仅基于报价文件本身而不依靠其他外部证据。

2. 审查标准

2.1 资格审查标准

详细审查标准：见评审办法前附表。

2.2 符合性审查标准

详细审查标准：见评审办法前附表。

3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 竞争性谈判采购小组依据评标办法前附表规定的标准，对竞争性谈判响应文件进行资格审查、符合性审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过审查。

3.2 谈判小组只对通过初步评审的供应商进行二次报价。

253.3 通过初步审查的供应商还不得存在下列任何一种情形：

3.3.1 不按竞争性谈判采购小组要求澄清或说明的；

3.3.2 在参与采购活动中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.4 竞争性谈判响应文件的澄清

在审查过程中，竞争性谈判采购小组可以书面形式，要求供应商对所提交的竞争性谈判响应文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。供应商的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。供应商的澄清和说明内容属于竞争性谈判响应文件的组成部分。采购人和竞争性谈判采购小组不接受供应商主动提出的澄清或说明。

3.5 谈判

3.5.1 经审查合格后的竞争性谈判响应文件进入谈判程序，如有必要，谈判小组所有成员可以集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。谈判小组分别根据供应商所提供的报价、货物说明、质量保证和服务承诺部分与供应商进行重点谈判。

采购人及谈判小组在谈判过程中应当从采购需求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，根据所提供报价进行由低到高顺序排列，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且二次投标报价最低的投标人为排名第一的成交候选人，如投标报价相同，以技术方案较好的优先，最终报价相同、技术方案不能区分优劣的，由评委表决决定，并编写评审报告，推荐 3 名成交候选人。

3.5.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的参数、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求，重新提交响应文件，并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

3.5.3 谈判进行两轮，一次谈判结束后，供应商可根据谈判内容进行二次最终报价，最终投报价格以二次报价为准。

谈判文件能够详细列明采购标的的采购要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商，在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的采购需求，须经谈判由供应商提供最终报价方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的报价方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

谈判小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.5.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

3.6 编写谈判报告，推荐成交候选投标人

3.6.1 采购代理机构应当在评审结束后，将评审报告送采购人确认。

3.6.2 在谈判结束后将评审报告送采购人。经采购人确认，预成交供应商所提供的文件资料真实有效、具备承担本项目的能力后，确定成交供应商。如在考察中发现预成交供应商提供的资料存在虚假或不具备承担项目能力的，确定成交供应商按照排名顺序顺延。

3.6.3 谈判小组需告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3.7 确定成交供应商

3.7.1 谈判结束后，采购代理机构将谈判结果书面通知各供应商，经采购人考察合格后，向成交供应商、采购人同时发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

第四部分项目要求

序号	名称	单位	数量	技术要求
1	PT 训练床	张	1	外形尺寸（长×宽×高）： 190 cm×123 cm×48 cm(±5cm) 床面高度：48 cm(±5cm) 床面额定承载：≥2000N 产品用途： 用作 PT 受训者在床上进行各类康复训练活动。 特点和功能： 床脚配有高度微调支脚，着地稳固。海绵厚度不低于 5cm，钢材厚度不低于 2mm。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
2	组合皮软垫	块	2	主要技术指标和参数： 1) 产品尺寸：182×122×5cm(±5cm)， 2) 材质：高密度海绵、高级 PU 皮革； 3) 可折叠收纳 功能： 适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练 符合国家标准，提供有效的检测报告。
3	训练用阶梯 （双向）	套	1	产品说明：外形尺寸（长×宽×高）： 332 cm×80 cm×（134~166）cm(±5cm) 梯面高度：10 cm、11 cm、12 cm(±2cm) 扶手杠可调距离：31 cm(±2cm) 扶手杠侧向额定承载：≥70KG 阶梯踏板额定承载：≥135KG 用于患者恢复日常上下楼功能训练,扶手高度可调节。 钢材厚度不低于 2mm，木板厚度不低于 1.5cm。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
4	儿童肋木	架	1	尺寸：85×52×154cm(±5cm)， 肋木杠直径 3.2cm(±2cm)， 肋木杠间距离 15cm(±2cm)， 额定载荷≥80kg。 功能 借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练、及躯干的牵伸训练。木板厚度不低于 1.5cm。 符合国家标准，提供有效的检测报告。

5	儿童平行杠及附件	套	1	300cm×(86~112)cm×(57~87)cm(±5cm) 扶手杆高度调节范围: 57cm~87cm(±5cm) 两扶手杆中心调节范围: 32cm~61cm(±5cm) 扶手杆直径: Φ3cm(±2cm) 额定承载: $\geq$1200N 矫正板坡度: $\geq$15° 借助上肢帮助进行步态训练, 结合矫正板进行行走中的足外翻、髋外展矫正训练, 增加行走的稳定性。 特点和功能: 4. 扶手杆高度可调, 适合不同身高人群进行训练。 5. 扶手杆宽度可调, 适用于不同体型人群进行训练。 底座两端设计有斜坡, 方便受训者上下。钢材厚度不低于 2mm。 符合国家标准, 提供有效的检测报告。
6	矫正镜(带格)	台	1	产品组成: 由镜面玻璃、框架、半圆支架、脚轮组成。 90×60×190cm(±5cm), 镜面玻璃厚度$\geq$0.5cm。 功能 各种姿势矫正训练。 符合国家标准, 提供有效的检测报告。
7	体操棒与抛接球(立式)	套	1	产品组成: 由体操架、体操棒、抛接球组成。 产品简介: 外形尺寸/cm: 40×40×103(±5cm) 体操棒外形尺寸/cm: Φ2.8×100, 数量 4 根 抛接球直径及数量: Φ23cm(±2cm)/4 功能: 通过带棒做操和抛接球活动, 改善上肢活动范围, 提高肢体协调控制能力及平衡能力。 符合国家标准, 提供有效的检测报告。
8	铁棍插板	套	2	外形尺寸/cm: 20×12×5±2cm, 铁棍尺寸/cm: (直径×长度) 小: Φ0.4×6, 18 根, 中: Φ0.6×6, 15 根, 大: Φ0.8×6, 15 根, 用途: 适用于眼与手的协调功能训练。 功能: 偏瘫、脑瘫、四肢瘫等功能障碍患者进行协调性训练 符合国家标准, 提供有效的检测报告。
9	系列沙袋(绑式)	套	1	产品组成: 包含沙袋架、沙袋。 沙袋架规格: 69×35×80cm(±5cm), 沙袋重量(kg)及个数: 0.5(2个)、0.75(2个)、1(2个)、1.5(2个)、2(2个)、2.5(2个)共 12 个。 使用方法: 肌力训练, 关节活动度训练, 关节屈伸训练。 符合国家标准, 提供有效的检测报告。

10	系列哑铃	套	1	产品组成：包含哑铃架、哑铃。 外形尺寸/cm：80×52×77(±5cm)（不含哑铃） 哑铃质量及数量：1磅×4个 2磅×4个 3磅×4个 4磅×4个 5磅×2个 适用于肌力和医疗体操训练。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
11	收录放机	套	2	机身尺寸：L210*W43*H127mm(±5mm) 液晶显示尺寸：≥7寸 内存：≥128g+64gU盘 额定功率：≥2X8W 蓝牙版本：5.3及以上 喇叭配置：≥2X1.75寸内磁喇叭 频率响应：≥100Hz-18KHz
12	儿童桌椅(团体桌)	套	1	课桌：120×60×50cm(±5cm) 凳子：高度50cm(±5cm) 材质：环保PE材料 桌腿材质：钢管+烤漆（环保PP塑料）。木板厚度不低于1.5cm。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
13	钻滚筒	个	1	外形尺寸(外径×长度)/cm：Φ61×76，(±5cm) 主要采用实木、棉布等 适用于3~5岁的儿童进行预防和纠正不良直立姿势。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
14	认知图形插板 (木质图形插板)	套	1	尺寸：47×37×5cm(±2cm) 材质：实木； 功能 患者感知能力及大脑对图形的识别能力 图形随机一块。培养孩子学习能力，加强耐心方面的培养，提升专注力和观察力。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
15	智力拼图组合 (蘑菇钉)	套	2	产品组成：蘑菇板：26×34.4cm(±5cm) 大号蘑菇钉：3.4×2cm(±0.5cm) 中号蘑菇钉：3×1.5cm(±0.5cm) 小号蘑菇钉：2.5×1cm(±0.5cm) 正方形布钉：2×1cm(±0.5cm) 扇形小布钉：2×1.5cm(±0.5cm) 通过各种模拟工作训练手指与手腕功能。培养孩子学习能力，加强耐心方面的培养，提升专注力和观察力。 可以单人和多人共同玩乐。 符合国家标准，提供有效的检测报告。

16	字母插板	块	2	产品尺寸：20*20cm(±5cm) 材质：木材 患者感知能力及大脑对图形的识别能力
17	木插板	套	2	38×31×12cm(±2cm)，规格直径 2.5×10cm(±2cm)，数量 20 个 24×20×11.5cm(±2cm)，规格直径 1.8×0.9cm(±2cm)，数量 20 个 20×16×10.5cm(±2cm)，规格直径 1.3×0.8cm(±2cm)，数量 20 个 功能 作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者的眼-手协调功能
18	训练套圈玩具	个	2	尺寸：Φ15.5×30cm(±2cm) 材质：环保塑料 功能 训练眼、上肢的协调功能
19	木楞床	张	2	150×65×43cm(±5cm)， 高度分 3 档 额定承载：≥1200N 功能 训练儿童攀爬、平衡能力。木板厚度不低于 1.5cm。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
20	儿童梯椅	张	2	71×51×96.5cm(±5cm)， 最高处肋木至地面距离 88cm(±5cm)， 最低处肋木至地面距离 18cm(±2cm)， 肋木间距 10cm(±2cm)， 肋木直径 2cm(±0.5cm) 功能 站立训练,平衡训练,改善肌力。木板厚度不低于 1.5cm。
21	坐姿矫正椅	张	2	72×60×80cm(±5cm)， 头部垫升级调节范围 0~12cm(±2cm)， 裆部垫前后调节范围 0~10cm(±2cm)， 坐垫到脚踏板最大距离 20cm(±2cm) 材质:≥1.5mm 厚型钢环支架，主体为木制，环保免漆密度板，坐垫、靠背主体为高回弹海绵，外包环保人革 PU 皮，静音万向轮。 功能 2-6 岁脑瘫患儿进行座位保持、座位平衡，矫正姿势、防止和治疗畸形。 符合国家标准，提供有效的检测报告。

22	踝关节矫正板	个	2	外形尺寸/cm: 37×31× (11~21) (±5cm) 矫正板角度调节范围: 5 档 15°、25°、30°、35°、40° (±2°) 矫正板高度调节范围/cm: 11~21 (±2cm) 额定承载: ≥2000N 用于矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
23	巴氏球 85cm	个	2	尺寸: Ø 85cm (±5cm) 材质: 环保 PVC 材质 功能 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。用于早产宝宝, 孤独症, 自闭症, 脑患儿的平衡感觉, 促进正常小儿发育, 辅佐中枢性协调障碍等康复训练的有效器具。
24	巴氏球 65cm	个	2	尺寸: Ø 65cm (±5cm) 材质: 环保 PVC 材质 功能 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。用于早产宝宝, 孤独症, 自闭症, 脑患儿的平衡感觉, 促进正常小儿发育, 辅佐中枢性协调障碍等康复训练的有效器具。
25	智力评估	套	1	儿童智力测评量表言语量表由知识、分类测验、算术测验、词汇测验、领悟、数字广度测验 6 个分测验组成, 操作量表由填图测验、图片排列测验、木块图测验、图形拼凑测验、编码测验 5 个分测验组成。数字广度作为备用筛查, 当言语测验其它有一项测验缺作可用它来代替。 适用年龄: 6-16 岁儿童 测验时, 言语测验和操作测验的各项目交叉执行, 测定项目由易到难排列, 以便能更好地维持少儿的兴趣和合作。根据测验结果, 先记各分测验的原始分数, 再将原始分数转换成量表分。涵盖语言、认知、知觉和操作技能等多个领域, 以评估儿童的智力水平、存在的学习困难和其他可能影响他们的行为和心理状态的因素。不仅可以发现儿童的智力优劣, 还可以分析他们在不同子测试中的得分情况, 以提供更加详细的智力分析。 工具箱配置参数: 算术测验 1 本、填图测验城市用 1 本、填图测验农村用 1 本、木块图测验 1 本、红白积木 1 盒、红白方块 1 盒、图片排列 9 种 1 套、指导手册 1 本、分类测验图册城市版 1 套、分类测验图册农村版 1 套、记录表 1 套、词汇表及其他 1 套、图形拼凑-拼版 1 套。铝合金航空箱 1 个 (尺寸 400mm*280mm*120mm (±5mm))
26	FMFM 量表	套	1	FMFM 精细运动能力测试量表, 采用 Rasch 分析法建立,

				条目设置合理、等级评分点多，属于等距量表，可以合理判断脑性瘫痪儿童的精细运动功能水平。 量表由 6 个运动分测验组成，包括视觉追踪、上肢关节活动能力、抓握能力、操作能力、手眼协调能力。可以合理地判断脑瘫儿童精细运动功能障碍，区分不同类型，脑瘫儿童精细运动功能的差别，为制定康复计划提供依据。 工具箱配置参数：包含评估工具 38 种(摇铃、网球、纸、方木、小圆珠、小瓶、纸板书、黄色铅笔、红蓝铅笔、木钉板、杯子、勺子、剪刀、图形图卡、使用手册、量表、筛查工具箱)、指导手册 1 本、量表 1 套、铝合金航空箱 1 个(尺寸 460mm*320mm*150mm(±5mm))
27	特殊儿童认知能力评估与训练系统(软件)	套	1	包括硬件和软件两大部份，硬件部分由 ABS 工作台、计算机、显示器、打印机、鼠标、音箱、工作台和通讯电缆线、加密狗组成。 正常工作条件 1) 环境温度：+10 ℃~+35 ℃； 2) 相对湿度：35%~75%； 3) 大气压力：860 hPa~1060 hPa； 4) 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 5) 软件运行平台： a) 兼容机； b) CPU：I5-10300 3.5GHZ 或以上； c) 内存：4 GB 或以上； d) 硬盘：512 GB 或以上； e) 显卡：高清核显或以上； f) 声卡：立体声卡或以上； g) 操作系统：Windows 7 及以上； 系统由筛查系统、训练系统、快乐星球、学生管理四大功能组成。 系统功能 1) 提供筛查系统功能，内含：(1) 传统模式：提供瑞文标准推理、团体心理测验、LOTCA、舒尔特方格测验等，测验内容包括知觉、注意力、记忆力和思维力等多方面认知元素，可从多种角度全面衡量儿童和成人的认知智力发展情况。(2) 智能模式：采用两阶段筛查方式，甄别阶段初步评估注意、定向、记忆等六个维度的认知能力水平；等级阶段对六个维度进行程度划分，深度评估当前认知能力水平状况。基于面向对象的自适应粒子群算法(OAPSO)，智能筛查模式实现六个维度的多层甄别以及得分运算，评估大脑各项认知功能是否处在正常及良好的范围，并针对其当前认知能力水平智能分析并生成优先排序的训练策略。 2) 提供训练系统功能，内含：(1) 训练模式，内置大

				量丰富而有趣的认知能力训练题库，可开展定向训练、交流训练、记忆训练、注意训练、算数训练和综合训练六大训练项目，对大脑功能进行日常锻炼维护；系统采用 20 分钟训练机制，将每次训练任务控制在 20 分钟内，避免长时间训练所带来的疲劳感和兴趣持续性的降低。(2) 保健模式，提供开放性原创平台以及大量的贴近日常生活的素材库，可对图片、文字、声音、视频、语言种类等进行编辑，并将其编辑内容存储到原创平台上，以便教师根据实际需要，设计针对性个训方案和课程内容。 3) 提供快乐星球平台，可对照片（视频、影像）展示、存储、编辑等功能，为儿童呈现各种熟悉的生活信息。 4) 提供学生管理功能，用于储存、读取特殊需要儿童的评估结果及训练数据，为个性化康复训练计划的制定提供参考信息。
28	教学一体机	台	1	尺寸：1278*808mm(±5mm) 55 英寸， 配置：屏幕分辨率≥3840*2160 刷新率：≥60HZ 视角：≥178° 厚度：≤3.2mm 触摸点数：≥40 点 系统版本：Android 14.0 及以上 CPU：≥A55*8/1.2GHZ GPU：≥G52*4 RAM：≥4G RO：≥32G Wi-Fi：Wi-Fi 6 及以上 蓝牙：BT5.4 及以上 功率：≥15W*2 OPS：≥i5 8G 256g 或以上 前置接口：USB Public*2、Type-C*1 后置接口： USB2.0*1\HDMI IN(2.0)*1\Touch-USB*1\RJ45\RS232
29	听觉功能检测处理系统（听觉统合评估与训练系统）(核心产品)	套	1	一、主要技术参数 1. 系统管理模块：实现医师权限的精细管理，支持新医师的注册及登录密码的显示与修改。同时，具备患者管理功能，可轻松注册新病人，并实时显示其姓名、年龄、性别、住址、联系电话等基本信息。 2. 训练记录管理：该模块提供历史训练信息的便捷查询功能，并支持对记录的编辑、修改及删除操作。 3. 测评功能：系统为受训者提供训练前后的功能与行为评估服务，为训练方案的制定及治疗效果的总结对比提供有力支持。 4. 训练模式：系统内置固定模式与自定义康复模式两

			种训练模式。固定模式包含预设的训练方案疗程，每疗程时长为 10 小时，共设 20 个课程，每日安排 2 个课程，每课程持续半小时。而自定义康复模式则允许用户根据实际需求，从超过 20 首经过专业过滤与调制的特定音频曲目中选择，系统会根据所选曲目自动调整声道衰减模式，并支持用户手动调节滤波种类、截止频率及音量大小，以实现听觉功能失调的精准改善。 5. 治疗模式：多种音乐治疗模式，包括但不限于儿歌、流行音乐、纯音乐、情绪行为干预及自定义模式等，以满足不同受训者的治疗需求。 6. 音频播放视觉干预类型：系统支持图片、频谱等多种视觉干预类型选择，以增强训练效果。 7. 训练时长设置：用户可根据实际需要自定义训练时长，设置单位精确到分钟。 8. 音乐节奏类型：系统提供节奏由快到慢、由慢到快等多种节奏类型选择，以满足不同训练阶段的需求。 9. 干预方案选择：用户可根据治疗目标灵活选择基础选项、歌曲类型及过滤频率等干预方案参数。 10. 滤波设置：系统允许用户根据治疗需求手动调节滤波参数以实现更精细的治疗控制。 11. 记忆功能：测评及固定训练模式支持断续模式运行，便于对患者进行阶段性测评与训练。 12. 打印功能：用户可根据需求选择并打印患者完成训练的详细记录表格。 13. 治疗总结：系统通过对比历史治疗总结数值自动生成多次训练总结数据对比直方图，为康复师制定下一阶段的训练计划提供科学的数值参考。 14. 分屏技术：采用先进的双屏设计理念其中患者端采用触摸屏设计确保医师与患者能够独立操作互不干扰。 15. HIS 数据对接：支持系统患者信息档案信息上与医院 HIS API 双向对接。 16. 集训控制管理模块：支持个别化康复训练客户端的拓展功能允许治疗师实现对多用户集中听统康复管理的有效控制。该模块包含训练播放进度控制、声音大小调节、声道选择（左、右声道、立体声）、远程关机及一键复位等多种实用功能有效提高了康复治疗效率。 二、主要技术指标： 系统用于对听觉信号进行检测、处理、编辑、储存，包括键盘输入、信号输入、编辑、幅度控制、信号输出、存储、打印功能。 三、配置清单要求：
--	--	--	---

			1) 工作平台主机 2) 鼠标 3) 键盘 4) 液晶显示器 5) 触摸式显示器 6) 图文输出设备 7) 音响 8) 麦克风 9) 摄像头 10) 单通道低通滤波器 11) 隔离变压器（内置） 12) 工作台车 13) 2.4G 无线耳机 四、硬件技术指标： 1、工作平台主机：主机参数：CPU$\geq$频率 I5，内存$\geq$8G, 固态硬盘$\geq$500G, 2、液晶显示器：尺寸$\geq$21.5 寸，支持高清显示 3、触摸式显示器：触摸显示器尺寸$\geq$21.5 寸，支持高清显示 4、图文输出设备：激光打印机，支持 A4 打印，内存$\geq$2MB，接口：高速 USB2.0 5、麦克风：专业型定向型麦克风，含话筒架，背极式驻极体，心型指向 6、有源音箱：2.0 有源音箱，失真度（%）：≤ 0.5，信噪比：$\geq 80\text{dba}$，功率$\geq 4\text{W} \times 2$，声道：双声道 7、摄像头：USB 接口，即插即用免驱型高清摄像头 8、单通道低通滤波器：增益/dB，分五档： 20、25、30、35、40，每档误差$\pm 1\text{dB}$，（100Hz$\sim$700Hz 基频范围内）低通滤波/KHz，分四档： 5、10、15、20，每档误差$\leq 4\%$，当无信号输入时，静止噪声$\leq 1\text{mV}$ 信号频率误差：$\pm 4\%$ 电压误差：$\pm 5\%$ 9、隔离变压器（内置）：隔离变压器应符合国内安全标准，以确保设备的安全性和可靠性。 10、工作台车：ABS 操作平台，美观大方，环保材料。 11、2.4G 无线耳机：2.4G 数字射频高保真无线耳机系统，由 1 套发射机（内置无线耳机充电底座）和 4 个无线耳机组成，40MM 高解析驱动单元，产品噪声小，抗干扰能力强，失真小，确保听觉音质效果最佳，传输速率不小于 2M/S, 传输距离不少于 30 米，可扩展同时连接多个耳机（不少于 8 支），低耗节能电路板设计，充电一次不小于 8 小时续航使用。 ★需提供二类医疗器械注册证。
--	--	--	---

30	助听器	套	2	产品的性能：最大饱和声压级：$\leq 128+3\text{dB}$；输出声压级（高频平均值）：$118\pm 4\text{dB}$；满档声增益（高频平均值）：$38\pm 5\text{dB}$ 频率响应范围：不窄于 $400\text{HZ}\sim 3800\text{HZ}$ 总谐波失真：实际测量值最大应不超过 10%等效输入噪声级：实际测量值应$\leq 30\text{dB}$ 额定电源电流消耗：$\leq 2\text{mA}$，智能音频处理，传导入人体听力范围的强度，智能电波直接跳过听骨链传导，通过逆向震动的膜状圆窗膜传导外来声音，让我们的耳膜不再受损，采用医用级硅胶佩戴舒适 触感柔软，耳钩可 360° 旋转可左右佩戴。
31	膝踝足矫形器	个	1	尺寸：均码（长短可调） 卡盘角度，$0-120$ 度大幅度可调节 高精度 10 度一调节，0° 至 120° 可调节卡盘调节 功能：控制髌关节内收、外展、屈曲、伸展 固定、支撑膝关节/踝关节 材质：铝合金支架 适用范围 髌关节骨性及软组织损伤，髌骨骨折、股骨骨折后固定 髌关节置换术后固定，为内置物的稳定结合提供良好的环境 用于髌部肌肉广泛瘫痪，髌关节松弛不稳或伴有内外旋畸形的患者，用于固定骨盆 小儿麻痹后遗症，脑性瘫痪，高位截瘫，肌源性或神经源性肌无力引起的下肢瘫痪者，为其提供支撑，免荷，辅助站立和行走，稳定下肢关节，防止肌肉萎缩，矫正畸形，促进康复

32	多功能训练器 八件组合	套	1	外形尺寸（长×宽×高）： 268 cm×240 cm×221 cm（±5cm） 组件： 肩关节康复训练器 前臂康复训练器 腕关节康复训练器 复式墙拉力器 肩梯 滑轮吊环训练器 训练床 功能牵引网架 产品用途： 1、滑轮吊环训练器： 适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。 2、复式墙拉力器： 适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。 3、训练床： 适用于康复医师对受训者进行各种手法按摩、牵伸时用于固定受训者不同部位，防止其跟随性动作。 4、肩梯： 通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。 5、腕关节康复训练器： 适用于腕部进行抗阻力运动，改善腕部关节活动范围及进行肌力训练。 6、肩关节康复训练器： 适用于肩部进行抗阻力运动，改善肩关节活动范围和增强上肢肌力。 7、前臂康复训练器： 适用于前臂进行抗阻力运动，改善前臂旋转功能。 8、功能牵引网架： 用于固定训练床之外的其它六大件，并配有牵引吊环+吊带、牵引吊环+砂袋，适用于受训者进行肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练。 特点和功能： 可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练及手法按摩、牵引等。 进行肩关节训练时力臂可调。 进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。钢材厚度不低于 2mm。 需要提供一类备案凭证。
33	近视力表	套	2	2.5 米灯箱 尺寸是 30*60cm(±5cm), 高清亚克力面板,

				采用铝合金材质，色泽美丽，造型美观，材质硬度适中，对视力表起支撑保护作用，读数清晰，使用方便测试准确，两种供电模式，按压式开关，适用场景如教室，眼镜店，医院，居家等。
34	OT 桌（可调）	张	1	外形尺寸（长×宽×高）： 124cm×80cm×（61~85）cm(±5cm) 桌面升降范围：61cm~85cm(±5cm) 桌面额定承载：≥750N 桌面尺寸（长×宽）：124cm×80cm(±5cm) 产品用途： 作业训练用桌，桌面高度可按需进行调节 特点和功能： 桌面高度可调，适合不同身高人群使用。 可搭配模拟作业工具，进行手工作业训练。 符合国家标准，提供有效的检测报告。
35	听诊器	套	1	多功能听诊器在配置常规大小听诊块的基础上另外配置大号钟型胸部听块，中号钟型胸部听诊块，小号婴幼儿钟型胸部听块，两种硬度的软耳塞供不同用户听诊不同频率的心跳声及微弱心区杂音。
36	红外线电子体温计	套	1	三色背光显示：绿色背光：体温正常 32℃-37.3℃ 黄色背光：体温偏高 37.4℃-38℃ 红色背光：发烧 38.1℃-39.1℃ 测量范围：体温模式：34℃—42℃ 物体表面模式：0℃-100℃ 产品尺寸：83*39*136mm(±20mm) 非接触式红外线电子体温计 测量距离 1-3cm 可储存 50 组测量数据，采用黄铜材质制作传感器，热容量更高，感温更灵敏，测量更准确。 真人语音播报，带体温异常警报提示
37	腕式电子血压计	套	1	显示方式： LCD 数字显示示波测定法测量方法：连续运行 运行模式：压力范围： 0~300mmHg(0~40.0kPa) 压力精度： ±3mmHg(±0.4kPa) 以内 40~200 次/min 脉率范围： 记忆组数：74 组记忆值
38	急救箱	套	1	产品尺寸：14 寸 35.5*20*21.5cm(±2cm) 材质：铝合金 中纤版 配件：内双层 双锁扣 有肩带 配备不少于以下物品：医用外科口罩，红花油，烧烫伤膏，防水创口贴，医用退热贴，医用冷敷冰袋，医用弹力纱布绷带，医用压敏胶带，膏药，双氧水消毒液，碘伏消毒液，甲紫溶液，医用纱布小，医用纱布大，医用自粘敷贴小，医用自粘敷贴大，人工呼吸膜，

				酒精棉片，风油精，清凉油，止血带，不锈钢镊子，小剪刀，医用无菌棉签。
39	药品柜	套	1	产品尺寸:120*36*180cm(±5cm) 规格：四门三抽款 主要材质：密度板
40	紫外线消毒车	台	1	灯管功率 ≥30W×2 灯管频率 50HZ±10% 灯管数量 2 支 紫外线主波长 253.7NM 机械面板定时 0~120 分钟 建议使用面积 ≥30 电源电压 220V±10% 电子面板定时 15 分钟 30 分钟 60 分钟
41	高压灭菌器	套	1	容积：≥18L 灭菌室尺寸：∅ 280x235mm(±5mm) 工作温度：126° C-128° C 功率：≥2KW 加热方式：煤电两用,断水保护 内桶厚度：≥0.52mm 材质：304 不锈钢
42	PT 康复训练床(电动升降可折叠)	张	1	技术参数： 产品尺寸： 1、200×124×53~84cm(±5cm) 2、床面高度升降范围：53~84cm(±5cm) 3、床面尺寸 200×124cm(±5cm) 4、背板：66×124cm(±5cm) 5、座板：129×124cm(±5cm) 6、背板调整角度：-20° ~+75° (±10°) 7、结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控 8、静电喷塑架，安全稳定 9、PU 面料内置高回弹海绵床背板 1 块，座板 1 块，内部高回弹海绵厚≥35mm 一次性成型，固定在床架上，承载≥4000N 均布静载荷 10、电动推杆行程：0~200mm 11、电动推杆使用频率：10%，最多 2 分钟连续工作 12、控制方式：手柄点动控制 13、输入功率 120VA 14、额定载荷：≥200.0kg 15、皮革：体外细胞毒性试验检测报告 16、急停开关保护：有 ★具有第二类医疗器械产品注册证

43	按摩床	张	1	主要技术指标和参数 1)外形尺寸(长×宽×高): 1900mm(±5cm)×600mm(±5cm)×600mm(±5cm) 2)床面整体额定负载≥250kg 3)框架材质: 全金属框架, 喷砂处理 4)床面: 高档PU皮革, 高密度回弹海绵, 厚度≥5cm 5)床面通气孔设计, 钢材: 40*40mm, 厚度不能低于2.5mm 产品用途 适用于康复师对受训者进行手法按摩 符合国家标准, 提供有效的检测报告。
44	儿童悬吊训练系统	套	1	一、 主要功能: 1. 悬吊运动治疗产品用于儿童脑瘫的治疗, 可以充分地调动儿童的主观能动性, 提高其顺应性和感统能力, 同时还可以有效地增强深浅肌群的肌力与肌耐力。 2. 悬吊运动治疗产品治疗是通过主动干预技术早期激发神经网络建立正确控制功能区, 恢复平衡功能, 协调能力、控制能力、支配能力, 来渐进地解决大脑控制失常所产生的不正常用力和异常姿势。通过悬吊的无重和不稳定的锻炼机制来降低肌张力, 缓解全身痉挛状态, 改善关节活动度, 增强肌力, 达到中枢神经系统的通路重建功能。利用这个系统, 可以在主动的运动过程中完成各项治疗计划根据每个孩子的功能水平设计不同的治疗内容, 完全的个性化治疗方案使孩子们进步很快, 可以集神经发育疗法、感觉统合训练、引导教育于一体, 对肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高都能在孩子们的主动运动中完成, 康复治疗过程是一个愉悦的过程在一个充满快乐的地方, 孩子们主动运动的潜能更多地被激发出来治疗效果明显提高。儿童悬吊运动治疗系统每套包括两种不同的设备组合: 悬吊运动训练可以纠正患儿的骨盆问题和脊柱畸形。例如偏瘫患儿由于患侧侧屈肌张力提高造成的骨盆上提, 可通过闭链运动训练躯干痉挛肌对侧的侧屈肌群的肌力。 二、适应症 弱智、脑瘫儿童感觉统合失调、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜等方面的训练康复。 配置: 1. 康复训练器 6 个, 外形尺寸: ≥640*180*70mm, 内含两根五米红绳承重≥250KG 且无延展, 内含滑锁装置, 具备任意滑动位置随时锁定的功能。 2. 吊船 1 个, 最大承重: ≥100KG, 尺寸: ≥1750*830*145mm, 底部配两根固定条。 3. 早期刺激摆动装置 1 个, 最大承重≥100KG, 尺寸:

			≥900×800mm。 4. 支撑摆动装置 1 个，最大承重≥100KG,尺寸：≥630×330mm，配一对握杆。 5. 平衡凳 1 套，最大承重：≥100KG，尺寸：≥1500*570*400mm，配四个脚轮。 6. 多功能棒 1 个，最大承重：≥100KG，尺寸：≥660*66mm。 7. 木塔 1 个，材料：木质，尺寸：≥ 420*180*600mm(配合平衡凳使用) 8. 绳梯加座板 1 套，最大承重：≥100KG，尺寸：≥1750*1000mm 配两块坐板、一根悬吊棒。 9. 悬吊鞋 1 对，最大承重：≥100KG，尺寸：≥180*87*35mm。 10. 悬吊棒 1 对，最大承重：≥100KG，尺寸：≥1700*350mm。 11. 吊带(含吊棒)1 套，最大承重：≥100KG，尺寸：≥1600*1100mm，配一根悬吊棒。 12. 平衡桥 1 个。 13. 绳子绑带配件 1 套。 14. 配备≥9 米高强度铝合金轨道,轨道尺寸大于 90*55mm，表面经过抗氧化处理，经久耐用不变色，最大承重：≥ 300 公斤，配合移动滑车装置，可做步态训练。 15. 配 1 组用高强度白钢制作，高温静电烤漆，经久耐用，采用多轴≥4 轮全封闭移动滑车，配静音滑轮，配有刹车功能，可在轨道任意位置固定，刹车具有高中低档，配合训练器可做 8 档 360° 旋转。
45	关节持续被动活动仪	套	1 1、微型电机驱动，机械结构和一体带病人座椅旋转式左右换臂设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。 2、采用集成元器件，内设大容量 CPU 中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。 3、微电脑程序控制 LCD 液晶显示，运动角度、速度、时间等所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。 4、同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。 5、肩或肘关节运动转换方便可左右调换使用，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。 6、采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。 7、肩关节角度活动范围：≥0° -150° ；肘关节活动角度范围≥0° -125°

				8、关节角度变化速度范围：最低 $0.5^{\circ}/s$-最高 $4^{\circ}/s$ 并分档可调。 9、电源：220Vac$\pm$10%，50Hz； 10、功耗：$\leq$60W。 11、肘关节活动支架长度可调范围：最小（205$\pm$100）mm,最大（345$\pm$10）mm 12、肩关节活动支架固定点到握手柄长度范围：最小（480$\pm$100）mm，最大（640$\pm$10）mm 13、本仪器有控制力矩的功能，其中力矩“大”表示机器以电机 100%输出功率控制工作，力矩“中”表示机器以电机以约 65%输出功率控制工作，力矩“小”表示机器以约电机 35%输出功率控制工作。超过设定的力矩控制（输出功率），则机器将自动反向运行或停止运行，以保护患者肢体。 14、载荷：康复器应能在$\geq$50N 载荷下平稳工作。 15、设备定时范围：$\leq$240 min 可调节。 16、康复器设有手动线控开关，使病人能自行控制康复器复位运动和暂停，安全又可靠。 适用范围：产品供上肢关节（包括肩、肘）等关节功能障碍患者进行训练，作为康复辅助治疗用。 ★具有二类医疗器械产品注册证
46	摆动步态训练仪	台	1	1. 结构组成：主机框架、托板、摆动装置、后靠背、护膝、脚踏板等组成； 2. 患儿通过上肢运动带动下肢的同步训练，模拟常态骨骼肌肉的负载系统，进行站立行走训练，适合早期站立康复训练； 3. 可通过臀部支撑架对大腿位置的固定，保持患儿正常的下肢功能运动体位； 4. 规格：$\geq$1120*700*1160mm； 5. 设备重量：$\geq$37KG； 6. 最大负重：$\geq$60kg； 7. 材质：钢材； 8. 最小场地要求：$\geq$2.5 x 2.3 米（8.3' x 7.6'）； 9. 上肢最大摆动角度：$\geq 22^{\circ} \pm 3^{\circ}$； 10. 下肢最大摆动角度：$\geq 30^{\circ} \pm 3^{\circ}$； 11. 腰部固定装置调整档位：$\geq$7 档； 12. 足部根据患儿生理特点方便固定； 13. 膝部固定装置安全稳定； 14. 悬空式步行设计，为患儿提供了更加轻松的训练方式。
47	整体环境改造	项	1	一、吊顶及灯具：1. 矿棉板 无毒无味 符合甲方要求 2. 灯具结合吊顶造型 选择最佳照明方案 二、墙面乳胶漆：1. 墙面颜色选择及图案设计 符合甲方要求

			2. 乳胶漆选择无毒无味的环保材料 3. 刷完即可进入 三、墙面图案装饰及墙面软包：1. 墙面图案装饰依据甲方要求 2. 房间周围添置软包不低于 80cm 更好保护使用者 四、地面：整体铺设儿童环保木地板 无毒无味 依据甲方要求选择 五、整体环境改造标准：整体环境设计及施工结合甲方需要的设计理念，包含以下内容：1. 照明系统及安装 2. 窗户安遮光窗帘 3. 整体设计改造都是一体化 从顶面到墙面到地面 个性化造型整体包含 墙面粉刷木地板软包等一系列装修项 规格： 1、底漆不少于一遍，面漆涂刷或喷涂不少于两遍，约 226m² 2、地面木地板≥1.2cm, 约 70m² 3、软包厚度≥10cm , 约 35m² 4、顶面吊顶≥600*600mm, 约 70m² 5、顶面灯具≥ 600*600mm 6、儿童爬行垫厚度≥2.5cm 尺寸≥600*600mm 按甲方要求做设计，出方案，设计图案造型，色彩搭配，照明规划设计安装 作用： 儿童康复环境能为孩子提供安全专业的治疗和训练空间帮助他们在身体心理和社会适应能力上得到全面恢复和发展，良好的康复环境不仅能促进功能改善还能增强孩子的自信心和独立性，促进身体功能恢复，配备适合儿童使用的康复器械或康复训练器，帮助改善运动能力，使身心得到放松。
--	--	--	--

1、技术帮扶期限:5 年，自技术帮扶人员正式到岗后开始计算。

2、技术帮扶内容

(1)供应商具有多家三甲医院协调整合学科专家资源，对康复中心发展进行诊断规划。为采购人项目科室医务人员提供培训基地专项进修，根据科室业务发展需求，安排医务人员到指定医院参加培训，培训费用由供应商承担;

(2)供应商为采购人提供与综合康复医学科发展相适宜的现代康复诊疗技术理念等，安排至少 2 名康复专业医务人员，在医院连续驻点带教，制定符合本院实际

情况的驻点带教方案，帮助采购人医务人员提升现代康复诊疗技术、实现技术沉淀。带教及科室诊疗范围包括但不限于神经康复、骨科康复、疼痛康复及老年慢病康复等。

(3)技术帮扶人员要求:具有丰富的带教经验，在院作息时间同科室白班人员，周末双休、节假日休息。具体人员须经采购人确认。

(4)协助项目科室开展工作,并负责提供科内文化建设的设计、布置等。

(5)供应商为采购人科室搭建学习交流平台，树立以患者为中心的服务理念。

(6)供应商为采购人提供满足其实际需求的其他后续技术资源等。

3、其它要求(包括但不限于以下内容)：(1)康复技术培训支持;(2)专家技术帮扶;

4、运营帮扶期限：5 年，自运营帮扶人员正式到岗后开始计算。

5、运营帮扶内容

(1)供应商具有多家医院康复学科运营经验，对康复中心运营发展进行诊断规划。为采购人项目科室医务人员提供运营渠道建设服务，根据科室业务发展需求，指导医务人员培训健康宣教，义诊筛查;

(2) 供应商为采购人提供康复医学科先进运营服务理念等，安排至少 1 名运营帮扶人员，在医院连续驻点服务，制定符合本院实际情况的驻点运营方案，帮助采购人医务人员提升现代康复运营服务理念。运营范围包括但不限于科室品牌与服务推广、全院康复宣讲与体验、关联科室康复转诊、常态化义诊及科普宣教、建立院内外病源渠道网络及每月科室运营跟踪诊断与辅导等。

(3)运营帮扶人员要求:具有丰富的运营经验，在院作息时间同科室白班人员，周末双休、节假日休息。具体人员须经采购人确认。

6、其它要求(包括但不限于以下内容)：(1)科室人文精神建设;(2)患者满意度建设;

第五部分合同（样本）

（仅限参考，具体以签订为准）

政府采购货物买卖合同 （试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: ____年__月__日, 完成日期: ____年__月__日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)_____

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)_____

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的 any 协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**

中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响

合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗

力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换 相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第六部分响应文件格式

格式 1

声明书

致：南乐县残疾人联合会

（供应商名称、地址）授权（签字代表姓名）（职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购项目名称项目（采购编号： ）的竞争性谈判采购，提交下述文件，并对之负法律责任。

- 1、声明书
- 2、首次报价一览表
- 3、技术方案
- 4、资格声明函
- 5、法定代表人身份证明书
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、资质证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、中小企业声明函
- 10、供应商认为有必要附的其他材料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的项目投标报价为：_____元，即（文字表述）_____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料, 理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或授权代表：_____（个人电子签章或签字）

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日期：

格式 2

首次报价一览表

投标人名称：

项目编号：

项目名称		
投标报价	小写	元
	大写	元
采购内容		
供货安装期		
质保期		
供货地点		
投标有效期		
备注		

法定代表人或被授权人代表（个人电子签章或签字）：

职 务：

单位名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

日 期：

联系方式：

报价一览表

供应商名称： 采购编号：

名称	品牌	生产厂家	技术参数	单位/数量	单价	总价
。 。 。 。 。 。						
合计总报价						
备注						

法定代表人或授权代表：_____（个人签字或盖章）

供应商名称：_____（企业加盖公章）

日期：

实质性技术参数响应表

序号	名称	招标文件要求技术参数	响应实际参数 (响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写)	是否偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：

1、供应商必须对应询价文件“第四部分 项目要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

法定代表人或授权代表：_____（个人签字或盖章）

供应商名称：_____（企业加盖公章）

日期：年月日

格式 3

技术方案

根据竞争性谈判文件第四部分项目要求制定详细的技术方案、供货方案、售前售后服务，并对要求的内容做出承诺，格式自拟。

格式 4

资格声明函

关于贵方年月日（开标日期）组织的__项目名称__竞争性谈判项目（采购编号为 ）的采购邀请，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

- 1、营业执照或身份证明及项目要求的其他资质证件。
- 2、法定代表人身份证或法定代表人授权书、法定代表人授权代表身份证。
- 3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（个人电子签章或签字）

电话：

地址：

邮政编码：

格式 5

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，
是我（公司全称）的法定代表人。现就参加南乐县残疾人联合会组织的（采购项目名称）（项目编号）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证复印件※）

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

年月日

格式 6

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人：

身份证号码：住所地：

受委托人：

身份证号码：

工作单位：住所地：

联系方式：办公电话手机

现委托为本公司的合法代理人，参加你单位组织的商谈活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署_____采购项目名称_____（项目编号）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于年月日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处授权代表人身份证复印件※）

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

年月日

格式 7

资质证明文件

（包括但不限于以下材料）

营业执照或身份证明、财务审计报告或资信证明、完税凭证、社保证明、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、资质证件等相关资格审查材料。

格式 8

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在项目名称项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（企业电子签章或加盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（个人电子签章或签字）

年月日

格式 9

9.1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

9.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

注：1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位不用提供该声明。

2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

9.3 监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9.4 节能环保产品证明文件

9.4.1 节能产品明细表

序号	材料设备名称	品牌	型号规格	制造商名称	认证证书号	是否政府强制采购节能产品	备注

注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不予认可。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

9.4.2 环境标志产品明细表

序号	材料设备名称	品牌	型号规格	制造商名称	认证证书号	备注

注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不予认可。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式 10

供应商认为有必要附的其他材料

附件 1:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 2

濮阳市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前签订合同之日起1年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未曾做出虚假采购承诺;
- (七)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失

供应商名称(企业电子章):

法定代表人或负责人或自然人或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注:1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3、供应商在投标(响应)时按照规定提供信用承诺函,无需提交上述证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供证明材料,已核实供应商承诺事项的真实性。

4、供应商在中标(成交)后,应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验。经核验无误后,由采购人、代理机构发出中标(成交)通知书。