

单一来源采购方式专家论证意见表

专业人员信息	姓名：田良焕
	职称：工程师
	工作单位：旭宸工程管理(河南)有限公司
项目信息	项目名称：淅川县人民医院 64 排 CT 球管采购项目
	供应商名称：河南书茵医疗器械有限公司
专业人员论证意见	为保证淅川县人民医院的 64 排 CT (GE 公司产品) 的正常运转及使用质量,在该设备的日常维修和使用过程中,应使用原厂配件。如不使用原厂配件,可能会造成设备的安全隐患,且 GE 公司不再负责 64 排 CT 的重新注册,因此 CT 球管的来源只能通过 GE 公司获得。 河南书茵医疗器械有限公司是 GE 公司在淅川县人民医院唯一授权的经销商,能够确保配件的合法来源并保证原厂生产,具有唯一性。 因此,淅川县人民医院 64 排 CT 球管采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第 1 款的规定:“只能从唯一供应商采购,”因此应采用单一来源的方式进行采购,唯一供应商为河南书茵医疗器械有限公司。
日期: 2025 年 4 月 16 日	