



方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目单一来源采购方式专业

人员论证意见

申请单位	方城县人民医院
项目信息	拟采购项目名称：方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目
	拟采购项目金额：145 万元
	拟供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名： 
	职称： 
	工作单位： 
原因阐述： 1、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备必须通过国家食品药品监督管理局球管与 CT 机整机的匹配性测试检验，才能保证安全、高效和更佳的图像质量。 2、西门子原厂球管设有不可替代的专利、其它品牌的球管与机器不能匹配。也不能提供与西门子 CT 机整机匹配性测试报告。 综上所述:现申请采用单一来源采购方式采购西门子 64 排 CT 球管。	
专家论证意见： 为确保系统达到设计性能和安全标准，原厂球管是 (对) 西门子公司严格测试，认证并承担责任和质量安全责任 化，第三球管虽存在，但兼容性、可靠性及安全性能未 经原厂认可，存在重大风险。基于医疗影像质量、安全性和 合同有效性以及全面质量考量，西门子原厂球管是唯一 满足该院之质量与规格选择。依据《政府采购法》 第三十一条规定，应采用单一来源采购方式。 唯一供应商为西门子医疗系统有限公司。 专家签字：  日期：2023 年 12 月 18 日	