

方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目单一来源采购方式专业

人员论证意见

申请单位	方城县人民医院
项目信息	拟采购项目名称：方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管项目
	拟采购项目金额：145 万元
	拟供应商名称：西门子医疗系统有限公司
专业人员信息	姓名：曹沁
	职称：律师
	工作单位：河南梅溪律师事务所

原因阐述：
1、球管是 CT 的核心部件，不是单独存在能使用的设备必须通过国家食品药品监督管理局球管与 CT 机整机的匹配性测试检验，才能保证安全、高效和更佳的图像质量。
2、西门子原厂球管设有不可替代的专利、其它品牌的球管与机器不能匹配。也不能提供与西门子 CT 机整机匹配性测试报告。
综上所述:现申请采用单一来源采购方式采购西门子 64 排 CT 球管。

专家论证意见：
方城县人民医院采购西门子 64 排 CT 球管为特定型号 64 排 CT 设备的专用核心部件，其技术参数、接口协议及系统兼容时具有高度专有性和封闭性，仅能由原设备制造商提供，为确保设备安全、稳定及图像质量可靠，必须采用与原系统匹配的球管组成，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定：“只能从唯一供应商处采购”的规定，采用单一来源方式采购，唯一成交供应商为西门子医疗系统有限公司。

专家签字：曹沁

日期:2025 年 12 月 18 日