

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	平顶山市第二人民医院
拟采购产品名称	平顶山市第二人民医院介入手术室 DSA 球管采购项目
拟采购产品金额	237.8 万元
采购项目所属项目名称	平顶山市第二人民医院介入手术室 DSA 球管采购项目
采购项目所属项目金额	237.8 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 我单位原有设备：2 台兼容平板高端血管造影系统：innova IGS5、1 台心脏平板高端血管造影系统：Optima IGS320，品牌：GE，本次需要采购 DSA 球管是血管造影机的核心部件，不是单独存在能使用的设备。因 DSA 球管属于不可替代的专利、专有技术有效期内的产品，目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用，特申请采购进口设备。进口设备具有性能稳定高、各项技术参数高、功能强大，设计合理，能够满足临床需要，而进口设备故障率低、寿命长、售后服务好，为了能更快速、准确的提供检测结果，特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">DSA 设备主要用于高危、高难度介入手术，对设备的稳定性和图像质量要求极高。一旦因兼容性等问题导致术中停机或图像模糊，将带来不可挽回的医疗事故风险。采购 GE 原厂全新球管，以确保设备的整体稳定性、图像质量和医疗安全。</p> <p style="font-size: 1.2em;">进口设备具有稳定性高、各项技术参数高、功能强大，设计合理，与原有 DSA 兼容性强，能够满足临床需要。</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">专家签字 朱培欣 2020 年 3 月 1 日</p>	