

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	信阳市第四人民医院			
项目信息	项目名称	信阳市第四人民医院购置双源 CT 球管 A 管设备项目		
	项目金额	1580000.00 元		
	供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
专业人员信息	姓 名	程 忠	手机号码	13700760288
	职 称	高级工程师		
	工作单位	信阳市中心医院		
专业人员论证意见	该产品为西门子64排CT,目前原机球管已达到使用年限,原机球管为CT核心部件,采购原厂配件确保设备整体清晰影像,建议采购进口原厂球管A管设备。			
专业人员签字	程 忠		日期 25 年12月30日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，正楷手工填写。