

政府采购进口产品专家论证签到表

采购人	新密市水利局	采购项目所属项目名称	新密市水利局新密市城市供水工程（优化改造项目）施工监理设备材料项目		
拟采购产品名称	便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH测定仪、浊度仪、TDS测定仪、顶空进样器、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪				
姓名	单位名称	职称	身份证号	联系电话	备注
杨伟强	河南富诚合和建筑设计	高工	410103196710062424	13607692062	
徐小兰	华测检测集团	高工	410105196110018406	13838188915	
杨丽红	中发祥永工程管理咨询有限公司	中级	130103196411280029	18837100646	
谭晓	河南天基律师事务所	律师	410482198912195920	13676907130	
王、明孝	郑州市沁水环保科技有限公司	高级	1010102195912150527	13323816185	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	新密市水利局
拟采购产品名称	便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH测定仪、顶空进样器、浊度仪、TDS测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪
拟采购产品金额	便携式浊度仪 5 台 89107.5 元 气相色谱仪 1 台 637650 元 顶空进样器 1 台 198380 元 离子色谱仪 1 台 670350 元 PH测定仪 1 台 5753.02 元 浊度仪 1 台 14382.55 元 TDS测定仪 5 台 21255 元 便携式电导率仪 4 台 38368 元 万级天平 1 台 17549 元 高液液相色谱仪 1 台 677980 元
采购项目所属项目名称	新密市水利局新密市城市供水工程（优化改造项目）施工 监理设备材料项目
采购项目所属项目金额	237.077507 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
原因阐述： 便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH测定仪、浊度仪、顶空进样器、TDS测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪等设备属于较精细设备，要求精度高、检测准确、分辨率高，随着国家对生活饮用水卫生检测工作力度的加大，检验部门项目必须配备水质检测装置。且随着样品量的加大，检验工作量骤增，为提高效率节省时间，确保检测项目高效、准确，目前我国对水质检测设备的要求越来越高，而国产水质检测仪器自动化程度和检测结果的重现性还有待进一步提高。此外全国供水系统，普遍使用进口仪器，其检测结果可靠并具可比性。水质监测需要对大量的水、气样品进行有机污染物分析，因此需要一套自动化程度高，检测质量可靠的检测仪器。根据多方了解，目前国内没有以上技术要求的产品，因此特申请采购进口设备，以上该产品设备为国家非限制进口产品。	

专家组论证意见：

本次采购中压分析仪器中高效液相色谱泵自动连续，可进样量(20-100 μ L)指标；气相色谱仪中重现性要求 $<0.008\%$ 或 0.0008min ，峰面积重现性 $<1\%$ RSD；离子色谱仪中检测限 0.2ng ，以及顶空进样，便携式检测设备的一致性。国产仪器均不能满足要求，采购单位提出的需求真实。为满足业主需求，同意购买进口设备。

专家签字：

徐立

2022年6月21日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	新密市水利局
拟采购产品名称	便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、顶空进样器、浊度仪、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪
拟采购产品金额	便携式浊度仪 5 台 89107.5 元 气相色谱仪 1 台 637650 元 顶空进样器 1 台 198380 元 离子色谱仪 1 台 670350 元 PH 测定仪 1 台 5753.02 元 浊度仪 1 台 14382.55 元 TDS 测定仪 5 台 21255 元 便携式电导率仪 4 台 38368 元 万级天平 1 台 17549 元 高液液相色谱仪 1 台 677980 元
采购项目所属项目名称	新密市水利局新密市城市供水工程（优化改造项目）施工 监理设备材料项目
采购项目所属项目金额	237.077507 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
原因阐述： 便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、浊度仪、顶空进样器、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪等设备属于较精细设备，要求精度高、检测准确、分辨率高，随着国家对生活饮用水卫生检测工作力度的加大，检验部门项目必须配备水质检测装置。且随着样品量的加大，检验工作量骤增，为提高效率节省时间，确保检测项目高效、准确，目前我国对水质检测设备的要求越来越高，而国产水质检测仪器自动化程度和检测结果的重现性还有待进一步提高。此外全国供水系统，普遍使用进口仪器，其检测结果可靠并具可比性。水质监测需要对大量的水、气样品进行有机污染物分析，因此需要一套自动化程度高，检测质量可靠的检测仪器。根据多方了解，目前国内没有以上技术要求的产品，因此特申请采购进口设备，以上该产品设备为国家非限制进口产品。	

专家组论证意见

目前,国家对生活饮用水卫生检测工作力度加大,检测项目增多,复杂性更强,为确保检测工作更加高效准确需要配置自动化程度及精度更高的仪器,以确保检测质量。

国内水质检测仪器尚不能满足当前的检测需求,国内供水系统普遍使用进口检测仪器,其检测结果准确可靠。

拟采购产品符合法律法规关于采购进口产品的规定,不属于《中国禁止进口限制产品目录》中禁止或限制产品,为满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022检测要求,同意采购该进口产品。

专家签字:

杨丽红

2022年6月21日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	新密市水利局
拟采购产品名称	便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、顶空进样器、浊度仪、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪
拟采购产品金额	便携式浊度仪 5 台 89107.5 元 气相色谱仪 1 台 637650 元 顶空进样器 1 台 198380 元 离子色谱仪 1 台 670350 元 PH 测定仪 1 台 5753.02 元 浊度仪 1 台 14382.55 元 TDS 测定仪 5 台 21255 元 便携式电导率仪 4 台 38368 元 万级天平 1 台 17549 元 高液液相色谱仪 1 台 677980 元
采购项目所属项目名称	新密市水利局新密市城市供水工程（优化改造项目）施工 监理设备材料项目
采购项目所属项目金额	237.077507 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
原因阐述： 便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、浊度仪、顶空进样器、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪等设备属于较精细设备，要求精度高、检测准确、分辨率高，随着国家对生活饮用水卫生检测工作力度的加大，检验部门项目必须配备水质检测装置。且随着样品量的加大，检验工作量骤增，为提高效率节省时间，确保检测项目高效、准确，目前我国对水质检测设备的要求越来越高，而国产水质检测仪器自动化程度和检测结果的重现性还有待进一步提高。此外全国供水系统，普遍使用进口仪器，其检测结果可靠并具可比性。水质监测需要对大量的水、气样品进行有机污染物分析，因此需要一套自动化程度高，检测质量可靠的检测仪器。根据多方了解，目前国内没有以上技术要求的产品，因此特申请采购进口设备，以上该产品设备为国家非限制进口产品。	

专家组论证意见

佳捷水质检测设备有限公司要求精度高,检测准确,分辨率高,目前国内没有佳捷技术要求的产品,而且该产品不属于《中国禁止进口限制产品目录》中禁止或限制类,依据《政府采购进口产品管理办法》相关规定,同意采购佳捷进口检测设备

专家签字: 杨伟东

2022年6月21日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	新密市水利局
拟采购产品名称	便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、顶空进样器、浊度仪、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪
拟采购产品金额	便携式浊度仪 5 台 89107.5 元 气相色谱仪 1 台 637650 元 顶空进样器 1 台 198380 元 离子色谱仪 1 台 670350 元 PH 测定仪 1 台 5753.02 元 浊度仪 1 台 14382.55 元 TDS 测定仪 5 台 21255 元 便携式电导率仪 4 台 38368 元 万级天平 1 台 17549 元 高液液相色谱仪 1 台 677980 元
采购项目所属项目名称	新密市水利局新密市城市供水工程（优化改造项目）施工 监理设备材料项目
采购项目所属项目金额	237.077507 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取；	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取；	
☒ 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
原因阐述： 便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、浊度仪、顶空进样器、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪等设备属于较精细设备，要求精度高、检测准确、分辨率高，随着国家对生活饮用水卫生检测工作力度的加大，检验部门项目必须配备水质检测装置。且随着样品量的加大，检验工作量骤增，为提高效率节省时间，确保检测项目高效、准确，目前我国对水质检测设备的要求越来越高，而国产水质检测仪器自动化程度和检测结果的重现性还有待进一步提高。此外全国供水系统，普遍使用进口仪器，其检测结果可靠并具可比性。水质监测需要对大量的水、气样品进行有机污染物分析，因此需要一套自动化程度高，检测质量可靠的检测仪器。根据多方了解，目前国内没有以上技术要求的产品，因此特申请采购进口设备，以上该产品设备为国家非限制进口产品。	

专家组论证意见

该产品不属于《中国禁止进口限制产品目录》中禁止或限制产品的范围。依法履行相关程序,即符合相关法律法规的采购程序,同意采购进口产品。

专家签字: 谭晓

2022 年 6 月 21 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	新密市水利局
拟采购产品名称	便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、顶空进样器、浊度仪、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪
拟采购产品金额	便携式浊度仪 5 台 89107.5 元 气相色谱仪 1 台 637650 元 顶空进样器 1 台 198380 元 离子色谱仪 1 台 670350 元 PH 测定仪 1 台 5753.02 元 浊度仪 1 台 14382.55 元 TDS 测定仪 5 台 21255 元 便携式电导率仪 4 台 38368 元 万级天平 1 台 17549 元 高液液相色谱仪 1 台 677980 元
采购项目所属项目名称	新密市水利局新密市城市供水工程（优化改造项目）施工 监理设备材料项目
采购项目所属项目金额	237.077507 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。（如果国内设备无法满足需要，则选择此项）	
原因阐述： 便携式浊度仪、气相色谱仪、离子色谱仪、PH 测定仪、浊度仪、顶空进样器、TDS 测定仪、便携式电导率仪、万级天平、高液液相色谱仪等设备属于较精细设备，要求精度高、检测准确、分辨率高，随着国家对生活饮用水卫生检测工作力度的加大，检验部门项目必须配备水质检测装置。且随着样品量的加大，检验工作量骤增，为提高效率节省时间，确保检测项目高效、准确，目前我国对水质检测设备的要求越来越高，而国产水质检测仪器自动化程度和检测结果的重现性还有待进一步提高。此外全国供水系统，普遍使用进口仪器，其检测结果可靠并具可比性。水质监测需要对大量的水、气样品进行有机污染物分析，因此需要一套自动化程度高，检测质量可靠的检测仪器。根据多方了解，目前国内没有以上技术要求的产品，因此特申请采购进口设备，以上该产品设备为国家非限制进口产品。	

专家组论证意见

对该项目进口产品的采购,其参数技术要求应能满足供水工程(优化改造)水质检测控制水质检测的要求。

但PH值检测仪的技术参数应能满足水质检测报告的要求。应设采购三合一水质分析仪,其用于水质检测三合一的设备,其性能稳定性和可靠性较好的,推荐有名品牌进口设备。

专家签字:

王. 恩. 志

2022年6月21日