

政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：新乡市红旗区人民医院中心供气系统采购
及安装项目

采购单位：新乡市红旗区人民医院

编制单位：新乡市红旗区人民医院

编制时间：2022 年 10 月

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

(一) 是否开展需求调查

本项目为 1000 万元以下的中心供气系统采购及安装，医用分子筛中心制氧系统、医用负压吸引系统、医用中心供氧系统采购项目，且不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形，因此无需开展需求调查。但是为了此项目招标公开、公平、公正，做了专家论证调查。

(二) 需求调查方式

论证。

(三) 需求调查对象

专家：杨学军、田明顺、薛玲。

采购单位：新乡市红旗区人民医院

(四) 需求调查结果

1. 相关产业发展情况

正常。

2. 市场供给情况

供应商充足。

3. 同类采购项目历史成交信息

诸多在相关网站有公布。

4. 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等

后续采购情况

无。

5. 其他相关情况

无。

二、需求清单

(一) 项目概况

中心供气系统采购及安装, 医用分子筛中心制氧系统、
医用负压吸引系统、医用中心供氧系统等。

(二) 采购项目预(概)算

总 预 算: 4501191.89 元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
	1	中心供气系统采购及安装, 医用分子筛中心制氧系统、医用负压吸引系统、医用中心供氧系统		批	1	否

(四) 技术商务要求

(1) 技术要求: 包含产品的技术技术参数条款及相关的检测证书、项目方案方案、履约能力中产品生产商的生产和产品或服务相关的政策性证明材料等因素。

(2) 商务要求: 包含投标人履约能力、资信、业绩和其他商务条款等。

政府采购项目 采购实施计划

项目名称：新乡市红旗区人民医院中心供气系统

采购及安装项目

采购单位：新乡市红旗区人民医院

编制单位：新乡市红旗区人民医院

编制时间：2022 年 10 月

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

2022年11月1日---2022年12月30日

（二）采购组织形式

分散采购

（三）委托代理安排

委托代理机构：河南东晟嘉文工程项目管理有限公司。

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

预（概）算：4501191.89 元

最高限价：4501191.89 元

（五）采购包划分与合同分包

包号	序号	标的名称	品目 分类编 码	计量 单位	数量	是否 进口
1	1	中心供气系统采购及安装，医用分子筛中心制氧系统、医用负压吸引系统、医用中心供氧系统		批	1	否

（六）采购方式

（1）采购方式

☒公开招标

☐邀请招标

☐竞争性谈判

☐竞争性磋商

☐询价

☐单一来源采购

☐其他采购方式：_____

选择采购方式的理由：达到公开招标数额，采购需求客观、明确。

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☐不需要

☒需要，报批安排：采购意向公示结束后，按规定提供相应的材料报财政部门审批。

（七）供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购，促进中小企业发展，支持监狱企业发展，促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；
【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网】；

(7) 本项目采用资格后审。

(八) 竞争范围

☒ 公开方式

☐ 邀请方式，依据：_____

(九) 评审规则

☐ 最低评标价法，选择该评审规则的理由：_____

☒ 综合评分法，选择该评审规则的理由：能够选取出综合全面的供应商。

评标项目	评标分值	评标方法描述
价格部分	30	价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。
技术部分	35	包含产品的技术技术参数条款及相关的检测证书、项目方案方案、

		履约能力中产品生产商的生产能力和产品或服务相关的政策性证明材料等因素。
商务部分	35	包含投标人履约能力、资信、业绩和其他商务条款等。

二、合同管理安排

（一）合同类型

☒ 买卖合同

☐ 建设工程合同

☐ 技术合同

☐ 物业服务合同

☐ 委托合同

☐ 其他：_____

选择合同类型的理由：按照民法典规定的合同类别，结合采购标的的实际情况确定。

（二）定价方式

☒ 固定总价，要求：_____

☐ 固定单价，要求：_____

☐ 成本补偿，要求：_____

☐ 绩效激励，要求：_____

选择定价方式的理由：采购需求明确且规格、标准统一。

（三）合同文本的主要条款

供方（中标人全称）：_____

需方（采购人全称）：_____

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：_____]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本 合 同 名 称：_____。

二、本合同总价为人民币_____元（大写：_____）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：
单位：人民币元

名称	规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	备注
总价 (人民币)	小写： 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间:
2. 解决问题时间:
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:
4. 其他服务承诺:

五、合同履行地点及进度:

1、供方自本项目签订合同后_____日(日历日)内交货并安装调试完毕(或完工)。

2、按需方要求在_____ (需方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料,否则按不能交货对待。

七、人员培训:供方免费对需方人员进行技术培训,直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点: _____; 培训时间: _____;
培 训 方 式: _____;

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组(合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人),按照招标文件规定、中标人投标文件承诺,及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目,需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内,需方出具《政府采购验收报告》,由质量检测机构负责验收的,还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限:

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式: 项目验收合格且无质量问题后一次性付清合同款。

十、违约责任:

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的, 或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的, 供方应向需方支付合同金额总值____%的违约金, 需方有权解除合同, 并要求赔偿损失。供方如逾期完成的, 每逾期一日供方应向需方支付合同金额的____%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款, 需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额____%的违约金; 需方如逾期付款的, 每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额____%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求, 如有违反, 按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议, 由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律, 因履行合同发生的争议, 由供需双方友好协商解决, 如协商不成的, 任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜, 供需双方可签订补充协议, 与本合同具有同等法律效力, 但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权:

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控, 供方须与第三方交涉并承担可

能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 需方应在本合同签订后将采购合同副本报财政局备案。
3. 本合同一式 份，供需双方各持 份，向财政局备案 份，办理资金支付手续时提交 份。

供方（公章）：

需方（公

章）：

地址：

地址：

法定代表人或

法定代表

人或

授权委托人（签字）：

授权委托

人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间：_____年____月____日

签约地址：需方所在地

（四）履约验收方案

（1）履约验收主体

☒ 采购人：新乡市红旗区人民医院

☐ 采购代理机构：_____

☐ 本项目的其他供应商：_____

☐ 第三方专业机构：_____

☐ 专家：_____

□服务对象：_____

□其他：_____

(2) 履约验收时间

收到供方验收申请后_____

(3) 履约验收方式

供应商履约完成，按采购合同约定验收条件进行验收。

(4) 履约验收程序

根据采购人规定的程序进行验收。

(5) 履约验收内容

技术和商务要求的履约情况。

(6) 履约验收验收标准

符合国家现行规范和标准要求，达到合格标准。

(7) 履约验收其他事项

无_____

(五) 风险管控措施

(1) 国家政策变化应对措施：应及时响应国家政策。

(2) 实施环境变化应对措施：采用技术手段克服实施环境变化。

(3) 重大技术变化应对措施：应采用国际或国内最新技术手段来完成本项目。

(4) 预算项目调整应对措施：根据项目预算调整情况客观调整项目内容，从而保质保量完成项目。

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施：按照相应采购规定及流程有序进行。

(6) 采购失败应对措施：分析原因、总结经验、调整方案重新采购。

(7) 不按规定签订或者履行合同应对措施：依照相应法律法规实施对应措施。

(8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：及时制止并追究相应的法律责任

政 府 采 购 项 目

采购需求和采购实施计划

一般性审查意见书

项目名称：新乡市红旗区人民医院中心供气系统
采购及安装项目
采购单位：新乡市红旗区人民医院
预算主管部门：新乡市红旗区财政局
审 查 时 间：2022 年 10 月

审 查 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

二、一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

三、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理暂行办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目情况

(一) 审查项目名称: 新乡市红旗区人民医院中心供气系统采购及安装项目

(二) 审查对象:

1. 采购需求

参与确定采购需求的专家、第三方机构:

专家: 杨学军、田明顺、薛玲

采购单位: 新乡市红旗区人民医院

代理机构: 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

2. 采购实施计划

参与确定采购实施计划的专家、第三方机构:

专家: 杨学军、田明顺、薛玲

采购单位: 新乡市红旗区人民医院

代理机构: 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

二、审查人员

序号	姓名	单位	内部机构	职务/职称	联系方式	备注
1	茹祥勇	红旗区	后勤管理科	科长	5291048	
2	李亚刚	红旗区	财务科	副科长	5291010	
3	宋其	红旗区	综合办	主任	5291000	

三、审查会议

1. 审查时间: 2022.10.09

2. 审查地点: 新乡市红旗区人民医院

四、审查意见

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

审 查 内 容	审查结果
如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查	是 ☒ 否 ☐
采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定	是 ☒ 否 ☐
对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由	是 ☒ 否 ☐
属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排	是 ☒ 否 ☐
采购实施计划是否完整	是 ☒ 否 ☐
审查结论	通过 ☒ 不通过 ☐
审查意见： <u>经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。</u>	

审查人员（签字）：

邵祥勇 朱其 赵明

政府采购项目 采购需求和采购实施计划 重点审查意见书

项目名称：新乡市红旗区人民医院中心供气系统
采购及安装项目
采购单位：新乡市红旗区人民医院
审查时间：2022年10月

审查说明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

二、重点审查应在一般性审查通过的基础上再进行。

三、主管预算单位可以根据本部门实际情况，确定由主管预算单位统一组织重点审查的项目类别或者金额范围。属于《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）第十一条规定范围的采购项目，应当开展重点审查。

四、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

五、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

六、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

七、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目情况

(一) 审查项目名称: 新乡市红旗区人民医院中心供气
系统采购及安装项目

(二) 审查对象:

1. 采购需求

参与确定采购需求的专家、第三方机构:

专家: 杨学军、田明顺、薛玲

采购单位: 新乡市红旗区人民医院

代理机构: 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

2. 采购实施计划

参与确定采购实施计划的专家、第三方机构:

专家: 杨学军、田明顺、薛玲

采购单位: 新乡市红旗区人民医院

代理机构: 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司

二、审查人员

序号	姓名	单位	内部机构	职务/职称	联系方式	备注
1	苏祥勇	红旗医院	后勤管理科	科长	5291048	
2	李亚丽	红旗医院	财务科	副科长	5291010	
3	朱其	红旗医院	综合办	主任	5291000	

三、审查会议

1. 审查时间: 2022. 10. 09

2. 审查地点： 新乡市红旗区人民医院

四、审查意见

审 查 内 容		审 查 结 果
(一)非歧视性审查(主要审查是否指向特定供应商或者特定产品)	资格条件设置是否合理	是 ☒ 否 ☐
	要求供应商提供超过2个同类业务合同的,是否具有合理性	是 ☒ 否 ☐
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等	是 ☐ 否 ☒
	评审因素设置是否具有倾向性	是 ☐ 否 ☒
	将有关履约能力作为评审因素是否适当	是 ☒ 否 ☐
(二)竞争性审查(主要审查是否确保充分竞争)	应当以公开方式邀请供应商的,是否依法采用公开竞争方式	是 ☒ 否 ☐
	采用单一来源采购方式的,是否符合法定情形	是 ☐ 否 ☒
	采购需求的内容是否完整、明确	是 ☒ 否 ☐
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性	是 ☒ 否 ☐
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当	是 ☒ 否 ☐
(三)采购政策审查	进口产品的采购是否必要	是 ☐ 否 ☒
	是否落实支持创新政府采购政策要求	是 ☒ 否 ☐
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求	是 ☒ 否 ☐
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求	是 ☒ 否 ☐
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求	是 ☒ 否 ☐

	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求	是 ☒ 否 ☐
(四)履约风险审查	合同文本是否按规定由法律顾问审定	是 ☒ 否 ☐
	合同文本运用是否适当	是 ☒ 否 ☐
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务	是 ☒ 否 ☐
	是否明确知识产权等方面的要求	是 ☒ 否 ☐
	履约验收方案是否完整、标准是否明确	是 ☒ 否 ☐
	风险处置措施和替代方案是否可行	是 ☒ 否 ☐
(五)采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容	无	
审查结论		通过 ☒ 不通过 ☐
审查意见： <u>经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。</u>		

审查人员（签字）：



