

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县人民医院
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	106.9 万元
采购项目所属项目名称	息县人民医院超乳玻切一体机设备项目
采购项目所属项目金额	106.9 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其它:	
原因阐述: 1、进口产品眼内压控制更精确，提供更精确更安全的手术环境，避免因眼内压控制问题导致的术源性网膜缺血或脱落。 2、进口产品相比国产产品有高切速和高负压的优势，更快的抽吸流速，提高手术效率及安全性、超声功能减少排斥力，降低热能对角膜内皮的损伤，提升患者的依从性，提升晶状体乳化的能力，减少产热，提升安全性；开展的切口更小、更微创的玻璃体手术，大大降低了病人的手术痛苦，增加手术安全性、减少病人的康复时间； 该进口设备的市场占有率高，通过进口品牌所搭建学习平台，可有效治疗糖尿病视网膜病、视网膜脱离、外伤网脱、白内障晶体后囊破裂等复杂病例，给科室增加新的技术和动力，为医院带来更多的社会效益、技术效益及经济效益，我院申请购置上述进口产品。	

三、专家论证意见

为了更好的人民健康,对于眼科更好的发展,提供更精确更安全的手术环境,避免因眼内压控制问题导致的术源性网膜缺血或脱落,进口产品相比国产仪器具有高切速和高负压的优势,提高手术效率及安全性,超声功能减少排斥力,降低热能对角膜内皮的损伤,提升依从性,提升晶状体乳化能力,减少产热,提升安全性,开展的切口更小,更微创的玻璃手术,大大降低了病人的手术痛苦,增加手术安全性,减少病人的恢复时间,该产品不属于中华人民共和国禁止、限制进口产品目录中的产品,基于此建议购置进口器械。

专家签字:



2024 年 09 月 10 日