

ZFCG-G2025006 号许昌市中心医院“许昌市中心医院 高压氧舱项目”更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：许财招标采购-2025-17
- 2、原公告的采购项目名称：许昌市中心医院高压氧舱项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025年3月28日，《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2025年04月21日08时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：☒采购公告 ☒采购文件
- 2、原文件获取时间：2025年03月28日至2025年04月21日（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2025年5月7日8时30分（北京时间）

- 3、原开标时间：2025年04月21日08时30分（北京时间）

开标时间变更为：2025年5月7日8时30分（北京时间）

4、原采购信息内容：

（一）投标截止时间及地点：

- 1、时间：2025年04月21日08时30分（北京时间）

2、地点：许昌市公共资源交易中心不见面开标一室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

（二）开标时间及地点

1.时间：2025 年 04 月 21 日 08 时 30 分（北京时间）

2.地点：许昌市公共资源交易中心不见面开标一室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

（三）招标文件第二章 项目需求：一、采购清单：技术规格及主要参数：

4、设备采用氧舱薄壳门工艺设计。

24、设备三舱各配备水喷淋消防设施，喷水动作响应时间 $\leq 3s$ ，喷水强度 $\geq 50L/m^2 \cdot min$ ，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，以确保紧急状态下使用。设备三舱各配备氧舱用消防水罐及消防水罐压力恒定装置 1 套。

现变更为：

（一）投标截止时间及地点：

1.时间：2025 年 5 月 7 日 08 时 30 分（北京时间）

2.地点：许昌市公共资源交易中心不见面开标二室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

（二）开标时间及地点

1.时间：2025 年 5 月 7 日 08 时 30 分（北京时间）

2.地点：许昌市公共资源交易中心不见面开标二室。（本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场）。

(三)招标文件第二章 项目需求：一、采购清单：技术规格及主要参数：

4、设备采用薄壳门工艺设计。

24、设备三舱各配备水喷淋消防设施，喷水动作响应时间 $\leq 3s$ ，喷水强度 $\geq 50L/m^2 \cdot min$ ，并在控制台及舱内醒目位置设置水喷淋报警开关，以确保紧急状态下使用。设备三舱各配备氧舱用消防水罐1套。

更正日期：2025年4月17日

三、其他补充事宜

请各投标人登录许昌市公共资源电子交易系统按照提示重新下载文件制作投标文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：许昌市中心医院

地址：许昌市文轩路666号

联系人：陈惠霞

联系方式：0374-3353618

2. 采购代理机构信息名称：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座

联系人：许昌市政府采购服务中心

联系方式：0374-2968687

3. 项目联系方式

项目联系人：黄女士

联系方式：0374-2968687