ZFCG-G2025008-1 号许昌市中心医院“许昌市中心医院大型设备维保（包二）项目”

评标报告

一、项目概况

(一) 项目名称：许昌市中心医院大型设备维保（包二）项目

(二) 项目编号：ZFCG-G2025008-1 号

(三) 招标公告发布日期：2025 年 3 月 27 日

(四) 变更公告发布日期：无

(五) 开标日期：2025 年 4 月 17 日 08:30 时

(六) 采购方式：公开招标

(七) 最高限价：705 万元

(八) 评标办法：综合评分法

(九) 资格审查方式：资格后审

(十) 招标公告刊登的媒体：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

二、开标记录及投标报价

序号	投标人	投标报价（元）	交货期
1	西门子医疗系统有限公司	7032000.00	自合同生效之日起三年

2	河南爱生医学科技有限公司	7044000.00	自合同生效之日起三年
3	河南书菡医疗器械有限公司	6990000.00	自合同生效之日起三年

三、资格审查情况

序号	通过资格审查的投标人
1	西门子医疗系统有限公司
2	河南爱生医学科技有限公司
3	河南书菡医疗器械有限公司

未通过资格性审查的投标人			
序号	投标人名称	未通过原因	招标文件相应条款
1	/	/	/

四、评审情况

(一) 符合性审查

硬件特征码是否异常：各投标人的硬件特征码均不相同，可以进行下一步评审。

序号	通过符合性审查的投标人
1	河南爱生医学科技有限公司
2	河南书菡医疗器械有限公司

未通过符合性审查的投标人			
序号	投标人名称	未通过原因	招标文件相应条款
1	西门子医疗系统有限公司	<p>招标文件：1、“3.0 核磁（西门子牌 MAGNETOM Skyra 一台）：水冷机、精密空调、液氮（安全水平）、冷头、线圈、配套原厂工作站及磁体维修。</p> <p>2、7.4 具有 7X24 小时免费服务热线，当设备出现故障时，报修后 1 小时内响应，工程师 24 小时内到达现场。</p> <p>响应文件：1、3.0 核磁（西门子牌 MAGNETOM Skyra 一台，SN:146006）：水冷机维保服务、精密空调维保服务、液氮（安全水平）、冷头、线圈、配套原厂工作站及磁体维修（不包括磁体热循环及磁体更换，及其产生的人工、液氮和专用工具等）。</p> <p>2、7.4 具有 7X24 小时免费服务热线，当设备出现故障时，报修后 1 小时内响应，如需到场维修，工程师 24 小时内到达现场（其他特殊或不可抗力情况除外）。</p> <p>采购需求未完全响应</p>	<p>第二章 项目需求</p> <p>本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，需对上述参数进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。</p>

通过符合性审查的投标人不足 3 家，本项目废标。

五、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正。

无

六、是否存在评标委员会成员更换：无

七、评标委员会成员名单 崔健（采购人代表）、王威（主任、技术专家）、陈俊凯（技术专家）、陈蓬（技术专家）、冯晓丽（技术专家）

2025年4月17日

评委签章：