

专家签到表

项目名称	禹州市中心医院客观听性脑干诱发电位仪采购项目		
采购单位	禹州市中心医院		
论证时间	2025年12月12日10时30分（北京时间）		
论证地点	禹州市颍北大道6号		
姓名	单位	职称	联系电话
信永	许昌市人民医院	高级技师	15993620962
刘和平	许昌市人民医院	主治医师	13937415000
刘生	许昌市人民医院	副主任医师	13849892662
袁星	许昌市急救中心	主管技师	13837466928
袁平	许昌市急救中心	技师	13608130651

客观听性脑干诱发电位仪招标参数

一、整体性能

1. 听性脑干反应 (ABR)。
2. Chirp 声刺激 ABR。
3. 单机或 PC，可双模式操作方式。
4. 可不用在屏蔽室操作，抗干扰能力强。
5. 多语言操作软件。
6. 从设备传输所有数据直接到电脑或导出至其他跟踪中心软件。

二、诊断型 ABR 测试参数

1. 测试方式：单耳或左右耳同步测试。
2. 扩展频谱。
3. 显示信息：波形、阻抗、残余噪声、叠加次数、峰值标记、指示灯 EEG 水平。
4. 刺激声类型：短声 (Click)、短纯音 (Tone Burst)、Chirp 声。
5. 掩蔽信号：白噪声 (宽带噪声) 或自定义。
6. 记录时间窗：16/25 ms。
7. 刺激声极性：密波，疏波，交替波，交替双重-曲线。
8. 滤波方式：高通滤波器、低通滤波器、陷波滤波器。
9. 刺激声速率：不小于 90 Hz /秒。
10. 刺激声强度：0dB SPL~ 130dB SPL。
11. 听性脑干反应 ABR：可自动识别 I, III, V 波。
12. 叠加次数：1000~20000 次。