

一标段

开标一览表

项目编号：襄财招标采购-2025-45-A

项目名称：襄财招标采购-2025-45襄城县人民医院骨密度仪等医疗设备
采购项目（不见面开标）

标题	内容
投标报价(大写)	贰佰陆拾柒万壹仟元整
投标报价(小写)	2671000元
交货期	合同签订后60日历天

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2025-45

项目名称及标段：襄城县人民医院骨密度仪等医疗设备采购项目（第一标段）

序号	名称	品牌及型号规格	技术参数	单位	数量	单价	总价	制造厂家及产地
1	骨密度仪	GE/Prodigy Pro	详见技术白皮书	台	1	1456000	1456000	北京通用电气华伦医疗设备有限公司/北京
2	高压造影注射器	伦珂/M2005	详见技术白皮书	台	1	190000	190000	深圳伦珂医疗科技有限公司/深圳
3	腹腔镜器械	申达斯奥/SD-301	见技术参数	套	5	17000	85000	浙江申达斯奥医疗器械有限公司/浙江
4	车载心肺复苏机	苏州尚领/MCC-E4	见技术参数	台	1	70000	70000	苏州尚领医疗科技有限公司/苏州
5	心肺复苏机	深圳市安保科技有限公司/E3	详见产品说明书	台	1	57000	57000	深圳市安保科技有限公司/深圳
6	无影灯	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司/LK/LED-700	详见产品技术参数	台	1	9000	9000	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司/山东

7	手术床	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司 /LKDS-VI	详见产品技术参数	台	1	38000	38000	曲阜乐康医疗科技集团股份有限公司/山东
8	洗胃床	曲阜市圣达医疗器械厂/C22	详见产品技术参数	台	1	3100	3100	曲阜市圣达医疗器械厂/山东
9	车载急救箱	徐州市国艺铝合金包装箱有限公司	详见产品技术参数	套	6	500	3000	徐州市国艺铝合金包装箱有限公司/徐州市
10	内窥镜图像工作站	世音牌 /SY-SHREK-7812	详见产品技术参数	套	1	95000	95000	安徽世音光电仪器有限公司 /安徽
11	简易呼吸睡眠监测仪	杭州神踪科技有限公司/ PSM - R	详见产品技术参数	套	1	37000	37000	杭州神踪科技有限公司/杭州
12	胶囊机	华仕力/NJP-1200C	详见产品技术参数	台	1	130000	130000	浙江华仕力机械有限公司/浙江
13	红光治疗仪	科迪信/MS-F-3	详见产品技术参数	台	3	1800	5400	北京科迪信生物科技开发中心/北京
14	动态血压	瑞光康泰/M2	详见产品技术参数	台	2	10000	20000	深圳瑞光康泰科技有限公司 /深圳
15	红外光灸疗机	翔宇/XY-HGI-I	详见产品技术参数	台	4	16250	65000	河南翔宇医疗设备股份有限公司/河南
16	电磁波治疗仪	康茂文瑞/KT-29	详见产品技术参数	台	1	500	500	重庆康茂文瑞医疗科技有限

								公司/重庆
17	排痰机	阳坤/YK801	详见产品技术参数	台	1	13000	13000	郑州阳坤医疗器械有限公司 /郑州
18	胸腔镜器械	灵涛/详见产品配置清单	详见产品技术参数	套	1	36000	36000	扬州灵涛医疗科技有限公司 /江苏
19	病人监护仪	深圳科曼/ND10	详见产品技术参数	台	1	7000	7000	深圳市科曼医疗设备有限公司/深圳
20	眼科手术床	德朗医疗/DL-1002H	详见产品技术参数	台	1	38000	38000	哈尔滨德朗医疗设备有限公司/黑龙江
21	眼 A/B 超	康华瑞明 /CAS-2000BER	详见产品技术参数	台	1	50000	50000	重庆康华瑞明科技股份有限公司/重庆
22	体表标测心电图检测系统	欣音新电/PE-1	详见产品技术参数	台	1	33000	33000	重庆欣音新电医疗科技有限公司/重庆
23	肺功能检测系统	红象/B90	详见产品技术参数	台	1	230000	230000	广州红象医疗科技有限公司 /广州
合计(元)			大写: 贰佰陆拾柒万壹仟元整 小写: 2671000 元					

投标人名称(并加盖公章) 河南华邦商贸有限公司



二标段

开标一览表

项目编号：襄财招标采购-2025-45-B

项目名称：襄财招标采购-2025-45襄城县人民医院骨密度仪等医疗设备
采购项目（不见面开标）

标题	内容
投标报价(大写)	捌拾叁万玖仟捌佰元整
投标报价(小写)	839800元
交货期	合同签订后60日历天



四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2025-45

项目名称及标段：襄城县人民医院骨密度仪等医疗设备采购项目（第二标段）

序号	名称	品牌及型号規格	技术参数	单位	数量	单价	总价	制造厂家及产地
1	手术动力开颅系统	西山/DK-N-MS	<p>一、核心性能参数</p> <p>主机类型：智能控制台（集成触摸屏）；</p> <p>动力输出：电驱动（交流电源），转速范围：骨钻/骨锯：200~75,000 RPM（无级变速），铣刀5,000~40,000 RPM；</p> <p>扭矩输出：最大持续扭矩：≥2.9 N·m（@ 1,000 RPM）；</p> <p>切割模式：连续旋转（钻孔），摆动模式（锯切，角度±1.5° ~ ±</p>			230000元	230000元	重庆西山科技股份有限公司/重庆

		<p>3.5°），振荡模式（精密铣削）；响应时间：从静止到最大转速 ≤ 0.3 秒；噪音控制：≤65 dB（空载状态）；</p> <p>二、关键硬件配置</p> <p>屏幕：≥7 英寸彩色触控屏；脚踏开关：双踏板设计（IP67 防护），左侧：速度调节/模式切换，右侧：正反转控制；手柄类型：标准手柄，加长手柄；冷却系统：生理盐水灌注（流速 0~50 mL/min 可调）；</p> <p>三、智能安全系统</p> <p>神经保护机制：接触传感：刀头触碰软组织时扭矩骤降 90%，过热保护：刀头温度>42°C 自动停机；误操作防护：刀头卡死时电流过载断电；</p> <p>四、刀头兼容性与性能</p> <p>金刚石磨钻：颅底骨磨除，80,000</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>RPM；</p> <p>高速切削钻：椎板切开/关节突成形，75,000 RPM；</p> <p>摆动锯：胸骨切开/肋骨截骨，20,000 RPM；</p> <p>精密铣刀：脊柱减压/神经根管扩大，40,000 RPM；</p> <p>五、电气与环境参数</p> <p>电源输入：100~240 V AC(50/60 Hz)，功耗峰值 350 VA；</p> <p>工作环境：温度：10~40° C，湿度：30%~75% RH（非冷凝）；</p> <p>灭菌方式：手柄：高温高压灭菌，主机表面：过氧乙酸擦拭消毒；</p>						
2	内镜用超声探头	奥林巴斯 UM-3R	1、显示模式：B 模式； 2、扫描方法：机械环形扫描； 3、扫描方向：垂直于插入方向； 4、超声频率：20MHz； 5、有效长度：≥2000mm； 6、全长：≥2150mm； 7、插入部外径：≤2.5mm；	个	1	75000 元	75000 元	日本奥林巴斯株式会社/日本

			8、接触方式: 直接接触法;					
3	电子胃镜	奥林巴斯 GIF-H290T	1、视野角: $\geq 140^\circ$ 2、视野深度: $\leq 3-100\text{mm}$ 3、视野方向: 0° 前视 4、弯曲角度: 向上 $\geq 210^\circ$, 向下 $\geq 115^\circ$, 向左 $\geq 100^\circ$, 向右 $\geq 100^\circ$ 5、先端部外径: $\leq 9.9\text{ mm}$ 6、插入部外径: $\leq 10.0\text{mm}$ 7、活检孔内径: $\geq 3.15\text{mm}$ 8、具有副送水功能 9、具备窄带光成像观察功能 10、送气量 $\geq 29\text{cm}^3/\text{s}$ 11、一键式插拔内镜 (洗消时无需防水帽)	条	1	430000 元	430000 元	日本奥林巴斯株 式会社/日本
4	内镜清洗 消毒装置	新华医疗 Rider60B	详见产品 技术白皮书	台	1	104800 元	104800 元	山东新华医疗器 械股份有限公司/ 山东

合计 (元)	大写: 拾叁万玖仟捌佰元整 小写: 839800 元
--------	-------------------------------

投标人名称 (并加盖公章): 天津常净科技有限公司

