

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市骨科医院
拟采购产品名称	GE64 排 CT 球管, 1 个
拟采购产品金额	1740000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市骨科医院 GE64 排 CT 球管更换及系统升级项目
采购项目所属项目金额	1740000.00 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取:	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3.其他。	
原因阐述: 根据郑州市骨科医院实际情况和业务技术发展需要进行GE64排CT球管更换, X射线管即球管为CT产品主要部件之一, 球管不是单独存在能使用的设备, 要达到和CT整机匹配, 才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求, 目前国内没有替代品, 只能采购进口球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

本项目为郑州市骨科医院 GE64排CT球管的更换，由于该设备独有的球管技术要求，国内设备在分辨率与进口产品存在差距，同时国内的球管无法与现有 GE64排CT 匹配使用，为了保证与现有设备更好的匹配和运行，同意采购进口原厂球管。

专家签字：

12
天

2025年 9月/6日