

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市骨科医院
拟采购产品名称	GE64 排 CT 球管，1 个
拟采购产品金额	1740000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市骨科医院 GE64 排 CT 球管更换及系统升级项目
采购项目所属项目金额	1740000.00 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 根据郑州市骨科医院实际情况和业务技术发展需要进行GE64排CT球管更换，X射线管即球管为CT产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和CT整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

本项目所用CT扫描器匹配采用GE
Optima 660 CT机。所用扫描器及CT机匹配
匹配。在D387T型号扫描器。该产品国内尚无
生产商，其他品牌扫描器均不能匹配该
CT机。

为满足采购人采购要求，同意采购进
口产品

专家签字：



2025年 9月16日