

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市骨科医院
拟采购产品名称	GE64 排 CT 球管，1 个
拟采购产品金额	1740000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市骨科医院 GE64 排 CT 球管更换及系统升级项目
采购项目所属项目金额	1740000.00 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 根据郑州市骨科医院实际情况和业务技术发展需要进行GE64排CT球管更换，X射线管即球管为CT产品主要部件之一，球管不是单独存在能使用的设备，要达到和CT整机匹配，才能保证设备运行安全和更佳的图像质量。该设备球管具有独特的技术要求，目前国内没有替代品，只能采购进口球管才能与设备配套使用。故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	

采购人所采购的GE 64排CT球管，需与采购
人现有设备GE 64排CT相匹配。目前各设备之间
球管尚不兼容，国内也无可替代产品。为保证
机器正常运行和患者生命健康安全，同意采购
进口产品。

专家签字：



2025年9月16日