

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	患者转运车、站立及行走辅助器、躯干固定器
拟采购产品金额	144000 元
采购项目所属项目名称	郑州市第三人民医院医养结合项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	3150000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取； ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取； ☒ 3. 其他。	
原因阐述：	
进口的患者转运车、站立及行走辅助器、躯干固定器更结实耐用，降低维修成本，提高使用效率，提高病人满意度。 以上产品预算共计 14.4 万元，未达到政府采购限额标准，且该产品不在政府采购进口产品限制目录内。特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
患者转运车进口产品设计更科学，单人操作即可平行对接和转运，背部升降系统采用静音气弹簧控制，同时配有三段式床垫，两侧配有拉手，配有转运万轮且配置有一个含碳导电脚轮起到接地作用能将静电释放地面，氧气瓶搁架更适宜危重病患者的转运，国产设备的设计与功能不能满足以上要求，同意采购进口产品。 行走辅助器进口产品采用铝合金材料制成，表面处理工艺优良，气压弹簧轻鬆调节高度，单面采用聚丙烯制成且带有一层可拆卸的缓冲垫，采用 EVA 树脂制成，能为患者肘部减轻压力，步行辅助器可叠加存放，国产设备功能缺失，不能满足临床要求，同意采购进口产品。 躯干固定器可根据患者胖瘦进行长度调整，配有坐靠保持，国产设备无此功能设计结构，不能满足临床要求，同意采购进口产品。 专家签字：杨纪周 2025 年 10 月 27 日	