

进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第三人民医院
拟采购产品名称	患者转运车、站立及行走辅助器、躯干固定器
拟采购产品金额	144000 元
采购项目所属项目名称	郑州市第三人民医院医养结合项目设备一批采购项目
采购项目所属项目金额	3150000 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取： ☐ 2. 无法以合理的商业条件获取： ☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口的患者转运车、站立及行走辅助器、躯干固定器更结实耐用，降低维修成本，提高使用效率，提高病人满意度。 以上产品预算共计 14.4 万元，未达到政府采购限额标准，且该产品不在政府采购进口产品限制目录内。特申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
患者转运车进口产品 设计合理可单人操作即可平行对接和转运病人，同时配有三段式床垫，两侧配有扶手，配有转运床垫，且床垫内芯添加了导电丝能有效消除静电，配置有一个含碳导电脚轮，起到接地作用，能将静电随时转移至地面。转运车配有氧气瓶搁架，更适合危重病人的转运。国产设备的设计与功能不能满足以上要求，同意采购进口产品。 站立行走辅助器采用铝合金材料制成，表面阳极化处理，优质的气压弹簧轻松调节高度，桌面采用聚丙烯制成，且带有一层可拆卸的缓冲垫，缓冲垫采用EVA树脂制成，能为患者肘部减轻压力，步行辅助器可叠加存放。国产产品功能缺失，不能满足临床要求，同意采购进口产品。 躯干固定器可根据患者胖瘦进行长度调整，患者肩部支撑可轻松进行调整或移除，三角形设计给肩部留出更多空间，进口产品更能满足临床需求，建议且同意采购进口产品。 专家签字：阮元 2025年10月27日	