

郑州市心血管病医院 郑州市第七人民医院

医学装备验收记录单

设备名称（协议名称）： 3.0T 核磁共振

设备注册证名称： 磁共振成像系统

注册证号： 国械注准 20243061110 数 量： 壹台

单 价： 20,680,000.00 元 总 价： 20,680,000.00 元

品 牌： GE 生产厂家： 通用电气医疗系统（天津）有限公司

规格型号： SIGNA Hero MAX 设备 S N： SGMAX2500002TJ

出厂日期： 2025 年 08 月 26 日 保修期限： 5 年 使用年限： 25 年

经销单位： 河南重药医疗器械有限公司 到货日期： 2025 年 09 月 10 日

联系人： 夏双庆 联系电话： 13503713586

全套仪器组件、附件、备件、说明书和技术资料登记表：

序号	名 称	型号	机号	单位	数量	保存科室	备注
1	3.0T 核磁共振主机	SIGNA Hero MAX	SGMAX2500002TJ	套	1		
2	水冷机组	/	/	套	1		
3	16 通道膝关节线圈	HZ423	/	个	1		
4	关节通用柔线圈数量	HZ315	/	个	2		
5	颅颈一体化高分辨血管壁专用线圈通道数(单线圈通道数,非单元数,非组合后的通道数):24 通道	HZ202	/	个	1		升级为 32 通道
6	足踝关节高清线圈: 16 通道	HZ427	/	个	1		
7	患者专用防磁降噪耳机 (具备对讲功能且音量多级可调)	/	/	套	2		
8	头颈血管壁高分辨成像及斑块后处理软件	/	/	套	1		
9	磁共振脑卒中高级分析软件	/	/	套	1		
10	心脏后处理软件包(心功能分析(包括心室、心	/	/	套	1		

	房)可生成数据分析报告、心脏大血管流速定量、2D/3D 心脏活性成像及后处理、2D/3D 心肌延迟强化成像(黑血及亮血)及分析、心肌灌注(首过法及延迟法)成像及分析)						
11	心脏 T1/T2/T2*/T1p Mapping 成像及定量后处理软件	/	/	套	1		
12	心脏冠脉成像 3D-MRCA 及后处理技术	/	/	套	1		
13	工作站硬盘容量: 6TB	/	/	个	1		
14	工作站显示器: 23 英寸 LCD	/	/	台	2		
15	配电柜(双回路、含电缆)	/	/	个	1		
16	大型 UPS 稳压电源(含安装时所需电缆)	EA66200	/	个	1		
17	精密 MRI 专用空调	TUAR1022	/	个	1		
18	工业除湿机	/	/	台	1		
19	高端双筒高压注射器(使用耗材为标内耗材)。	/	/	套	1		
20	造影剂针筒和盐水筒			个	各 1		
21	有 ICBC 不间断充电电源, 无需更换电池			台	1		
22	双立柱铁磁探测系统	LCMR-II	/	套	1		
23	无磁担架床(床可升降)	DT-D110	/	辆	1		
24	无磁轮椅	DT-SS007	/	个	1		
25	无磁移动治疗车	/	/	辆	1		
26	无磁移动输液架	DT-SS009	/	套	1		
27	线圈车/柜	/	/	套	2		
28	无磁紫外线空气消毒机(灯管数量: 2 支, 灯管寿命: 20000 小时, 定时功能)	60w	/	套	1		

医药



37773

	一体化智能晨会阅片会诊系统	/	/	套	1		
29	超高清影像服务器，支持多路视频信号输出，支持多种显示布局模式、支持双向远程会诊			套	1		
30	智能晨会管理平台，具备无线投屏功能，具备会议、病例讨论记录及分类管理功能	/	/	套	1		
31	电子讲台，含讲台、麦克风、音响及笔记本电脑	/	/	套	1		
32	图文报告工作站(每套含 6M 彩色医学专业图像显示屏、高配电脑 主机及显示器、一体化	/	/	套	10		
33	医用会诊大屏(8M)98寸	/	/	个	1		
34	后处理工作站	/	/	套	1		
35	主控台及后处理工作站桌椅(可升降)	/	/	套	2		
36	压力检测系统	/	/	套	1		
37	校正用标准水模	/	/	套	1		
38	无磁灭火器(七氟丙烷)	/	/	套	2		
39	电子密码物品存放柜	/	/	组	2		
40	彩色胶片打印机	/	/	台	1		
41	质量检测模体、支架	/	/	套	1		
42	固定沙袋	/	/	个	2		
43	射频垫	/	/	个	1		
44	心电门控、呼吸门控、外周门控	/	/	套	1		
45	配套定位辅助装置及支撑装置	/	/	套	1		
46	对讲系统	/	/	套	1		
47	说明书	/	/	套	1		
48	操作手册	/	/	套	1		
49	维修手册	/	/	套	1		
50	系统光盘	/	/	套	1		



51	软件光盘	/	/	套	1		
52	应用光盘	/	/	套	1		
53	磁共振专用维修工具包	/	/	套	1		
54	屏蔽系统	/	/	套	1		

是否已提供该设备操作流程卡片并挂于设备上。 是 (√)， 否 ()

验收结论：
该设备已安装完毕，完成调试
新天德 2025.10.18

参与验收人员签字： 验收日期：

使用科室负责人： 宋子杨帆 赵治本 医学装备科验收人员： 周明华 新天德

审计部门监督人员： 以上验收程序符合个人要求 刘璐 采购部门组织人员： 赵静

固定资产部人员： 杨一夫 生产厂家工程师： 范春堂

经销商代表 夏双友

备注： 万元以上医学装备验收需生产厂家工程师参与。

