

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	光学相干断层扫描血管成像仪
拟采购产品金额	150 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院光学相干断层扫描血管成像仪项目
采购项目所属项目金额	150 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
进口产品集分辨率高、扫描速度快、诊断准确率高等特性于一体，显著提升了图像观察的效果和诊断的精确性。这有助于提高黄斑病变、青光眼等早期诊断能力，降低误诊和漏诊的风险；在制造工艺方面，进口产品更为精密，其稳定性和耐用性相较于国产设备具有显著优势，建议采购进口设备。	
三、专家论证意见	
光学相干断层扫描血管成像仪主要用于眼科复杂病例的早期诊断，对设备的分辨率和图像清晰度要求较高，目前国产的分辨率较低，造成图像不清晰，不利于复杂黄斑病变等复杂病例的诊断与治疗，与进口产品存在一定的差距，同时在某些技术要求和性能上也不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。	
专家姓名：	吴亚
专家工作单位：	河南中医药大学
专家电话：	13783569267
专家签字：	吴亚
2025 年 12 月 19 日	