

政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	光学相干断层扫描血管成像仪
拟采购产品金额	150 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院光学相干断层扫描血管成像仪项目
采购项目所属项目金额	150 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
进口产品集分辨率高、扫描速度快、诊断准确率高等特性于一体，显著提升了图像观察的效果和诊断的精确性。这有助于提高黄斑病变、青光眼等早期诊断能力，降低误诊和漏诊的风险；在制造工艺方面，进口产品更为精密，其稳定性和耐用性相较于国产设备具有显著优势，建议采购进口设备。	
三、专家论证意见	
进口产品性能稳定，图像质量高，扫描速度快，可达100000次/秒，其轴向光学分辨率≤5um，各种分析功能更加全面，完善，眼前节、眼后节的扫描深度更广，对眼底病变的诊断更加精准，显著提高早期病变的诊断的准确性，降低误诊和漏诊风险，而国产产品尚无法完全满足采购人要求，同意采购进口产品。	
专家姓名：	杨萍
专家工作单位：	郑州大学医学院
专家电话：	13523062731
专家签字：	杨萍
	2025 年 12 月 19 日