

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	超声小探头系统，1套
拟采购产品金额	1000000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院超声小探头系统采购项目
采购项目所属项目金额	1000000.00 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 进口超声小探头系统具备更高的分辨率和更清晰的图像质量，能够更准确地检测到微小病变和细微结构，有助于医生进行早期诊断和精准治疗。进口产品的信号处理和成像算法更为成熟，可减少图像伪影和干扰，提高诊断的准确性。进口产品在设备稳定性、数据精准性方面能达到医院高水平诊断要求；而目前国产产品性能不够稳定，准确率不够高，故障率高，不利临床需求。 综上所述，我院申请购置进口的超声小探头系统。	
三、专家论证意见	

该院拟采购的设备, 探头齐全, 主要用于窥
视, 进口产品兼容性好, 可兼容多种探头, 呼吸
探头等. 探头频率多样可选, 更利于临床检
查. 进口产品分辨率明显优于国产仪器,
特别对于微小病灶, 诊断准确率更高. 进
口产品操作更方便. 功能优于国产仪器. 故
同意采购进口产品.

专家签字:



2025 年 4 月 18 日