

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	超声小探头系统，1 套
拟采购产品金额	1000000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院超声小探头系统采购项目
采购项目所属项目金额	1000000.00 元
二、申请理由	
☐ 1.中国境内无法获取：	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3.其他。	
原因阐述： 进口超声小探头系统具备更高的分辨率和更清晰的图像质量，能够更准确地检测到微小病变和细微结构，有助于医生进行早期诊断和精准治疗。进口产品的信号处理和成像算法更为成熟，可减少图像伪影和干扰，提高诊断的准确性。进口产品在设备稳定性、数据精准性方面能达到医院高水平诊断要求；而目前国产产品性能不够稳定，准确率不够高，故障率高，不利临床需求。 综上所述，我院申请购置进口的超声小探头系统。	
三、专家论证意见	

目前, 国产产品频率达不到20MHz.
探测深度达不到60mm, 不能满足复杂
病患的检查要求. 也不能满足医院科
研的要求. 在高分辨率微血管成像
检测也优于国产产品. 在狭窄部位
的探测精度国产产品也不能满足.
同意采购进口产品.

专家签字: 梁新

2025年4月18日