

### 三、专家论证意见

骨科高级影像定位专用手术台系统主要是颈椎骨科高级影像定位专用手术系统，对影像定位精度、系统集成能力、临床适配性要求较高。目前国产设备导航定位误差为1-2mm，与进口产品存在一定的差距，同时以单一导航功能为主，模块集成度低，多绑定自有C臂，设备技术性能不稳定，难以满足采购人的要求，同意采购进口产品。

技术专家签字：

吴亚

2026年1月22日