

三、专家论证意见

骨科高级影像定位专用手术台系统是实现骨科手术中患者在不同的体位都能方便实施X光成像,以此来检验、评估手术的准确性。因此,骨科手术台须采用碳纤维板,保证最高的X射线穿透性,使在探测器上有最强的照射量,产生高对比度影像。其次患者所在的台面必须有三维的运动控制。高程度的左右、前后、上下升降,使患者手术位处于X光照射野中心。进口设备配备高纯度的碳纤维板,X射线穿透性好。其次其台面控制系统完全快捷、方便。尤其电机性能优越,寿命长、噪音低、转速高,无级变速控制,病人舒适性好。且进口手术影像平台配备适合多种部位手术需要的牵引系统,范围广阔。总之以上各点,同意订购进口产品。

技术专家签字:

陶维松

2006年1月22日