

三、专家论证意见

目前, 该产品是单机模式, 不能满足脊柱复杂骨科手术的要求, 不具备复杂手术的精确导航, 在定位摆正导航精度、软件处理等方面有待改进。产品也存在一定差距, 不能满足该院疑难骨科手术的开展, 同意采购进口产品。

技术专家签字:



2026年1月22日