

— 国家区域医疗中心 — 郑州市中心医院
JST 医疗设备验收报告单

归档编号：20251218-6932-A1 验收时间：2026年1月27日

设备名称 (注册证名称)	彩色多普勒超声诊断仪/超声诊断系统	规格型号	ACUSON Sequoia Silver M	设备编码 (生产批号)	680927
注册证号	国械注准20253060941	注册人 或备案人	上海西门子医疗器械有限公司	层次类别	☒ 国产 ☐ 原装进口 ☐ 进口品牌
生产企业	上海西门子医疗器械有限公司	设备 送达日期	2025.12.30	合同 保修时间	10年
是否使用一次性耗材	是 / ☒ 否	生产日期	2025.12	使用期限或 者失效日期	10年
招标 基本 信息	中标通知书 时间	2025年12月18日	资金方式	☐ 自筹 ☐ 科研 ☒ 财政	
	招标编号 院内招标不填写	郑财招标采购-2025-430-C	招标方式	☐ 院内议价 ☒ 第三方机构公开招标	
	规格型号	ACUSON Sequoia Silver M	验收台数	1	单价/元 1856000
供货者	河南扬富医疗科技有限公司			姓名	赵福利
地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商鼎路106号新时代商务中心3号楼28层2811号			电话	13838167700
设备安装运行情况：					
运行正常			厂家工程师签字：[Signature] 联系方式：18627181091		
现场设备验收情况：					
1、设备是否完整无损（原包装、外观等）：			是 ☒	否 ☐	
2、设备资料、附件等是否齐全：			齐全 ☒	不齐全 ☐	
3、设备安装场地是否符合要求：			符合 ☒	不符合 ☐	
4、设备运行情况是否正常：			正常 ☒	不正常 ☐	
5、设备技术参数是否达到要求：			达到 ☒	达不到 ☐	
6、设备安装、调试、培训是否满意：			满意 ☒	不满意 ☐	
7、安装设备是否与中标承诺配置相符：			符合 ☒	不符合 ☐	
8、安装设备是否联网（严禁将公网IP地址用作内网地址，从私有地址段选择配置内网设备地址）			内网 ☒	外网 ☐	内外网 ☐ 无 ☒
设备验收情况签字确认					
使用科室： 超声科	验收人：[Signature]	医学装备部验收人员：[Signature]			
	负责人：[Signature]	[Signature]			
存放科室： 超声科	负责人：[Signature]	医学装备部负责人：[Signature]			