


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备，对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助，是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断，为临床诊断及护理提供更好的技术支持，主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短，临床应用不成熟，性能不稳定，操控性、故障率等方面与进口产品存在差距，对高要求精密手术，需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口产品由进口商指导，软件成熟，对心率反应及反馈及时，对心脏呈现复杂的心电图时，同样具有精确的反馈能力，极大减轻心脏负荷，提升心脏功能恢复，触屏操作灵活，达到 4 种以上 ECG 有响应，对最高心率 210 次/分钟，具有 peak pattern 模式，辅助频率大于 4 种。国产设备由于近月刚投入市场，技术成熟不够，不能满足该产品的需求。同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：李 2025 年 11 月 14 日</p>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备，对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助，是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断，为临床诊断及护理提供更好的技术支持，主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短，临床应用不成熟，性能不稳定，操控性、故障率等方面与进口产品存在差距，对高要求精密手术，需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口产品生产临床应用时间更长，其性能较国产品牌检测精度更高，图像更清晰，分辨率更高，故障率更低，方便应用。同意购买进口产品申请。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签字：  2025 年 11 月 14 日 </div>	


政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备，对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助，是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断，为临床诊断及护理提供更好的技术支持，主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短，临床应用不成熟，性能不稳定，操控性、故障率等方面与进口产品存在差距，对高要求精密手术，需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">进口产品在检测灵敏度、触发模式等方面，和国内同类产品相比具有较大优势，尤其是在检测准确度、灵敏度等方面，自动识别心律失常、调整充放气时间也是国内同类产品所欠缺的，同类产品购进进口产品。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签字：冯福根 2025年11月14日 </div>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备，对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助，是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断，为临床诊断及护理提供更好的技术支持，主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短，临床应用不成熟，性能不稳定，操控性、故障率等方面与进口产品存在差距，对高要求精密手术，需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">经论证，同类进口产品在临床应用，性能稳定性，操控性、故障率等方面优于国产设备，使用进口产品有利于手术治疗的成功，提升患者的治愈率。同意采购进口产品。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  专家签字： 2025 年 11 月 14 日 </div>	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线系统 (DSA)
拟采购产品金额	1300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心医用血管造影 X 射线系统 (DSA) 等 2 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2600 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他；	
原因阐述： 通过医用血管造影 X 射线系统是诊断及治疗复杂心血管疾病的必须设备，对减少因心血管疾病造成的伤亡有极大的帮助，是疑难重症治疗的重要手段和诊疗保障。医用血管造影 X 射线系统可以使以往难以察觉的病变变得更加清晰可见使临床医生作出更准确的诊断，为临床诊断及护理提供更好的技术支持，主动脉内球囊反搏仪 (IABP) 国产研发时间短，临床应用不成熟，性能不稳定，操控性、故障率等方面与进口产品存在差距，对高要求精密手术，需使用进口产品。特申请采购进口设备。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">拟进口设备不属于《中国禁止、限制进口产品目录》中的禁止、限制进口产品，不违背国家法律强制性规定，符合进口相关法律、政策规定，同意采购进口产品。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家签字：  2024 年 11 月 14 日 </div>	