

周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：周财招标采购-2025-119
- 2、原公告的采购项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2025 年 12 月 05 日 、《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2025 年 12 月 26 日 10 点 00 分（北京时间）

二、变更内容：

1、原招标公告：

一、项目基本情况

项目编号：周财招标采购-2025-119
项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目
预算金额：34000000 元
最高限价：34000000 元
采购方式：公开招标
包别划分： 7 个包

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	ZK202512091-1	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 1 包	20000000	20000000
2	ZK202512091-2	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 2 包	3000000	3000000
3	ZK202512091-3	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 3 包	2000000	2000000
4	ZK202512091-4	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 4 包	2400000	2400000

5	ZK202512091-5	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 5 包	1700000	1700000
6	ZK202512091-6	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 6 包	1580000	1580000
7	ZK202512091-7	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 7 包	3320000	3320000

采购需求：新院区门诊、放射科、检验科等科室相关配套的医疗设备一批。
详见招标文件

合同履行期限：合同签订后 30 天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

现变更为：

一、项目基本情况

项目编号：周财招标采购-2025-119

项目名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目

预算金额：34000000 元

最高限价：30060000 元

采购方式：公开招标

包别划分：__7__ 个包

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	ZK202512091-1	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 1 包	20000000	17500000
2	ZK202512091-2	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 2 包	3000000	2900000
3	ZK202512091-3	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 3 包	2000000	1950000

4	ZK202512091-4	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 4 包	2400000	2250000
5	ZK202512091-5	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 5 包	1700000	1480000
6	ZK202512091-6	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 6 包	1580000	1080000
7	ZK202512091-7	周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）新院区医疗设备购置项目 7 包	3320000	2900000

采购需求：新院区门诊、放射科、检验科等科室相关配套的医疗设备一批。
详见招标文件

合同履行期限：合同签订后 30 天

是否接受进口产品：否

本项目是否接受联合体投标：否

本项目是否为只面向中小企业采购：否

2、原招标文件内容：

5包设备技术参数

多功能病床 300 张

一、总体要求：规格：2100*960*500mm±20mm。背部可升降角度：≥75 度。腿部可升降角度：≥45 度。

二、产品配置：

1、ABS 床头床尾板：床头床尾板为新型 ABS 材料注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带有防撞轮和防撞护角，有防撞功能，床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关床头床尾板具有抗菌、防霉效果，可轻松拆卸，床头板颜色根据医院选择。

2、床 板：采用优质冷轧钢板一次冲压成型，板材厚 1.2mm,底面背部采用双焊接加强支撑，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，大型抛弯机，钢砂

表面除锈，静电粉末喷涂，抗老化，不生锈。具有抗菌防腐作用。

3、餐桌：餐桌面板使用全新 ABS 材料整体注塑成型，表面光滑，易擦拭，耐磨；餐桌支架使用优质冷轧型材制作。餐桌带有液压阻尼装置，放下后起缓冲作用，放倒时更安全，无噪音；

4、护栏：折叠式全覆盖护栏，护栏横梁采用电泳铝合金管，立柱采用 ≥ 11 根不锈钢管，底座铁管镶套增加强度；采用侧位钻孔安装方式，强度高，防夹手模式，避免误操作发生安全隐患；锁定开关安全可靠，操作简单、美观大方。

5、摇杆：隐藏式摇把钢制万向节、轻便省力、带限位保护螺杆。可灵活调节患者背部、腿部体位升降。摇把 ABS 材质，耐磨抗压、寿命长，外有防尘罩保护装置、有到位保护功能。

6、脚轮：四脚配有配置 $\Phi 125\text{mm}$ 脚轮，带中控刹车系统，方便整体移交制动和解锁，防缠绕白色静音脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，制锁可靠。

7、杂物架：床体下方配杂物架一个。

床垫 300 张

1、尺寸与病床配套，面料缝纫，缝边顺直。

2、内铺垫料由棕丝、海绵等组成，上片为海绵 50mm；中片棕丝 50mm，总厚度为 100mm。

3、布面为细帆布，内衬料和包布保持干燥能拆下清洗，与床相匹配，能轻便翻动。

床头柜 300 个

1、规格： $\geq 480*480*750\text{mm}(\pm 10\text{mm})$ 。

2、设置一门，一屉、一柜、一餐板（抽屉式）。

3、柜内设有一层隔板，隔板弯弧型，可将储物柜分隔两层，可放置茶瓶等物品。

4、床头柜双侧各带隐藏式毛巾架，可收折，使用方便

5、床头柜颜色多种可选，外形美观大方，防腐、易清洗、坚固耐用。

治疗车 20 辆

规格：≥640*400*850mm

- 1、优选不锈钢加厚管材，整车具有抗冲击、承载强
- 2、焊接表面平滑均匀，美观坚固
- 3、台面采用双层设计，三面护栏。
- 4、车子底部带有加固横梁，使车子稳定性更好。
- 5、超静音尼龙脚轮，两个带刹车。

双抽治疗车 40 辆

规格：≥740*450*940mm

- 1、优选不锈钢加厚管材，整车具有抗冲击、承载强、光亮如新。
- 2、焊接表面平滑均匀，美观坚固。
- 3、台面采用双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面护栏，侧面设有挂式手消篮筐。
- 4、采用穿透式焊接结构设计，使整个车体坚固，美观。
- 5、2 个抽屉，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大。
- 6、超静音尼龙脚轮，两个带刹车。
- 7、带 1 个污物桶。

现变更为：

5包设备技术参数

多功能病床 300 张

一、总体要求：规格：2100*960*500mm±20mm。背部可升降角度：≥75 度。腿部可升降角度：≥45 度。

二、产品配置：

- 1、ABS 床头床尾板：床头床尾板为 ABS 材料注塑成形，无缝隙，易清洁，

不变形, 稳定可靠, 床尾板外侧设信息卡插槽并带有防撞轮和防撞护角, 有防撞功能, 床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关床头床尾板具有抗菌、防霉效果, 可轻松拆卸, 床头板颜色根据医院选择。

2、床板: 采用冷轧钢板一次冲压成型, 板材厚 1.2mm, 底面背部采用双焊接加强支撑, 具有多孔设计, 便于透气, 兼有防滑功能, 大型抛弯机, 钢砂表面除锈, 静电粉末喷涂, 抗老化, 不生锈。具有抗菌防腐作用。

3、餐桌: 餐桌面板使用 ABS 材料整体注塑成型, 表面光滑, 易擦拭, 耐磨; 餐桌支架使用冷轧型材制作。餐桌带有液压阻尼装置, 放下后起缓冲作用, 放倒时更安全, 无噪音;

4、护栏: 折叠式全覆盖护栏, 护栏横梁采用电泳铝合金管, 立柱采用 ≥ 11 根不锈钢管, 底座铁管镶套增加强度; 采用侧位钻孔安装方式, 强度高, 防夹手模式, 避免误操作发生安全隐患; 锁定开关安全可靠, 操作简单、美观大方。

5、摇杆: 隐藏式摇把钢制万向节、轻便省力、带限位保护螺杆。可灵活调节患者背部、腿部体位升降。摇把 ABS 材质, 耐磨抗压、寿命长, 外有防尘罩保护装置、有到位保护功能。

6、脚轮: 四脚配有配置 $\Phi 125\text{mm}$ 脚轮, 带中控刹车系统, 方便整体移交制动和解锁, 防缠绕白色静音脚轮, 推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象, 制锁可靠。

7、杂物架: 床体下方配杂物架一个。

床垫 300 张

1、尺寸与病床配套, 面料缝纫, 缝边顺直。

2、内铺垫料由棕丝、海绵等组成, 上片为海绵 50mm; 中片棕丝 50mm, 总厚度为 100mm。

3、布面为细帆布, 内衬料和包布保持干燥能拆下清洗, 与床相匹配, 能轻便翻动。

床头柜 300 个

1、床头柜尺寸: $\geq 440*460*790\text{mm}$;

- 2、台面要求采用 ABS 材料一体成型，台面尺寸： $\geq 440*460*20\text{mm}$ ，
- 3、材质：柜体侧板、背板、柜门及抽屉要求采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 的镀锌板制作，表面要求采用静电喷涂工艺，抽屉面尺寸： $\geq 435*115\text{mm}$ 。
- 4、床头柜上台面、餐桌板、抽屉拉手、柜门拉手要求均为 ABS 材料一体注塑成型，下部为储物柜，柜门尺寸： $\geq 435*520\text{mm}$ ，内设有活动隔板，材质为厚度 $\geq 8\text{mm}$ 密度板，可上下调节，底板要求为钢制喷塑材质。
- 5、柜体两侧设有隐藏式毛巾架，要求采用钢质镀铬处理，光亮整洁。
- 6、柜体底部要求安装四支 ≥ 1.5 寸脚轮，推行灵活方便移动，前两轮带刹车功能。

治疗车 25 辆

规格： $\geq 650*480*900\text{mm}$

1. 要求高光模具成型台面，ABS 工程塑料制作而成，台面安装要求 304 不锈钢三面围栏。
2. 侧板背板要求均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度 $\geq 4\text{mm}$ ，表面材料要求为涂装铝板，芯材要求为聚乙烯塑料。
3. 车体立柱要求采用铝合金型材嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置。
4. 车体抽屉要求采用一只铝板焊接成型抽屉，重量轻；内配要求 ABS 隔板，方便药品器械分类存放；滑轨要求采用静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音。
5. 车体下方要求配污物桶；右侧上部要求配有不锈钢 304 网框。
6. 底部要求采用四只静音防缠绕脚轮，两只带刹车。
7. 要求配置书写平台、污物桶、锐器盒、不锈钢筐等。

治疗车 15 辆

规格： $\geq 710*480*880\text{mm} \pm 20\text{mm}$

- 1、治疗车框架要求采用电解板喷塑而成；
- 2、上部要求喷塑工作台面，耐腐蚀，易清洗；

- 2、上部要求喷塑工作台面，耐腐蚀，易清洗；
- 3、要求配置 304 不锈钢围栏，保证工作台面物品推行过程不掉落；
- 4、储物空间配置两小抽屉设计，放置不同的物品，静音导轨。
- 5、左侧上部要求配有一个洗手液杂物篮，右侧要求配置带利器盒；
- 6、下部要求配有两个污物桶；
- 7、下部要求 4 个 ABS 成型防撞角；底部要求采用四只静音防缠绕脚轮，两只带刹车。

三、其它补充事宜

四、其他内容不变，给各位投标人带来的不便，敬请谅解！

五、联系方式

1. 采购人信息

名称：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）

地址：周口市川汇区庆丰街中段

联系人：李林

联系方式：0394-8222363

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：周口市公共资源交易中心（周口市政府采购中心）

地址：周口市光明路与政通路交叉口北 100 米路东

联系人：王园园

联系方式：0394-8106517、19913281180

3. 项目联系方式

项目联系人：李林

联系方式：0394-8222363