

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	温县人民医院
项目名称	16 排 CT 球管
申请原因	<p>因我院现需更换球管的 CT 是 GE BrightSpeed 16 排 CT，为保证设备的安全性和稳定性，减少部件不适配的隐患，也考虑整机寿命和机器性能的完美发挥，目前没有国产球管可以替代，因此我院决定采购原厂球管。</p> <p>现阶段满足该需求的唯一授权公司只有郑州智准医疗科技有限公司一家，根据中华人民共和国政府采购法第三十一条规定，现申请单一来源方式采购。</p>
专家论证意见	<p>专家姓名：陈小鹏 职务：中级 工作单位：焦作市五官医院</p> <p>采购理由充分，符合单一来源采购要求，建议采用单一来源采购方式。</p>
	<p>专家姓名：申启东 职务：中级 工作单位：焦作市人民医院</p> <p>为保证设备使用的安全性、稳定性、一致性，建议采用单一来源采购方式进行采购。</p>
	<p>专家姓名：齐明迪 职务：中级 工作单位：焦作市第五人民医院</p> <p>该采购项目需保证设备安全性、一致性、稳定性，建议采用单一来源采购方式进行。</p>

注：专家论证意见应当完整、清晰和明确，意见不明确或含糊不清的，属于无效意见，不作为审核依据。

温县人民医院 16 排 CT 球管采购项目单一来源产品论证专家名单

姓名	工作单位	技术职务	联系电话（手机）	备注
陈小兵	焦作市五官医院	中级	13939136431	技术专家
宋良东	焦作市人民医院	中级	15839158118	技术专家
许昭也	焦作市第五人民医院	中级	13939168816	技术专家